

LABUMAT 2

Automatisches Urinchemie-Analysegerät

Benutzerhandbuch für SW Version 3.6



REF

UPA-9901-3

Inhalt

1	Einleitung	4
1.1	Revisionsverlauf	4
1.2	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
1.3	Funktionsweise	4
1.4	Methode der Urinanalyse	6
1.5	Gerätekomponenten	7
1.5.1	Vorderseite des Analysegerätes	7
1.5.2	Vorderseite und interne Komponenten des Analysegeräts	8
1.5.3	Rückseite des Analysegerätes	9
1.6	Teststreifen	10
1.7	Zur Verwendung dieser Anleitung	10
1.8	Sicherheitsinformationen	11
1.8.1	Qualifikation des Bedieners	11
1.8.2	Schutz vor biologisch gefährlichen Materialien	11
1.8.3	Abfallmanagement	12
1.8.4	Sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Analysegeräts	13
1.8.5	Nutzungsbeschränkungen	15
1.8.6	Gerätezulassungen	15
2	Installation	16
2.1	Packliste	16
2.2	Verpackung	16
2.3	Installationsreihenfolge	17
2.3.1	Installation des Fluidsystems	19
2.3.2	Außerbetriebnahme des LabUMat 2	21
2.3.3	Kennzeichnung der Teströhrchen mit Barcodes	22
3	Menüsystem	23
3.1	Anwenderrechte	24
3.1.1	Anmelden bei einem Administrator-Anwenderkonto	25
3.2	Menü Messung	25
3.2.1	Liste löschen	25
3.2.2	Zähler für registrierte Streifen	26
3.2.3	Init	26
3.2.4	Zuführg leer	26
3.2.5	Rack-Ausschub	28
3.2.6	STAT	28
3.2.7	Start	28
3.2.8	Verlassen	29
3.3	Menü Daten	30
3.3.1	Die Probenliste	31
3.3.2	Hauptfunktionen	31
3.4	Menü Einstellungen	36
3.4.1	Messeinstellungen	36
3.4.2	Ergebniseinstellungen	39
3.4.3	Kategorien	42
3.4.4	Funktionseinstellungen	43
3.4.5	Übertragen - Einstellungen	46

3.4.6 Startseiten-Einstellungen	47
3.5 Allgemein	49
3.5.1 Info	50
3.5.2 Qualitätskontrolle	50
3.5.3 Levey-Jennings-Karten	52
3.5.4 Fehlersuche	53
3.5.5 Desinfektion	53
3.5.6 Arbeitslisteneditor	53
3.5.7 Streifentyp	54
3.5.8 PMC Anwenderkalibrierung	55
3.5.9 Streifen-Registrierung	55
3.5.10 Verlauf	56
4 Bedienung	57
4.1 Probenentnahme und -vorbereitung	57
4.2 Einlegen von Streifen in LabUMat 2	57
4.3 Messung	61
4.4 Identifizierung der Testergebnisse	61
4.5 Grundlegende Bedienung	62
4.5.1 Mit der Grundbedienung zusammenhängende Fehlerbehebung	64
4.6 Pädiatriemodus	65
4.6.1 Rohrtypen:	65
4.6.2 Mindestprobenvolumina	65
4.6.3 Aktivieren des pädiatrischen Modus	65
4.6.4 Messung kleiner Probenmengen	65
4.6.5 Datensätze überprüfen	66
4.7 Gemeinsamer Betrieb des LabUMat 2 und des eines Mikroskopie-Urinalysegeräts.	66
5 Wartung	67
6 Fehlermeldungen, Fehlerbehebung	70
6.1 Info Meldungen	70
6.2 Warnmeldungen	71
6.2.1 Hardware-Warnmeldungen	71
6.2.2 Software-Warnmeldungen	73
6.3 Fehlermeldungen	76
6.3.1 Hardwarebezogene Fehlermeldungen	76
6.3.2 Software-Fehlermeldungen	77
6.4 Mögliche Messfehler	80
7 Zusammenfassung der Leistung	81
7.1 Vergleich der Methoden	81
7.2 Präzise Messungen	82
7.3 Messbereiche, analytische Empfindlichkeit und erwartete Werte	82
8 Geräteunterstützung	84
8.1 Wartung	84
8.2 Bestellinformationen	84
9 Technische Daten	85
10 Symbole	87

1 EINLEITUNG

1.1 Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
1.0	10/2021	Erste Ausgabe
2.0	05/2022	IVDR-Konformität Neuer Teststreifen mit mALB/CREA-Parametern Funktionen der neuen Software (SW 3.4) hinzugefügt Abschnitt „Kit zur Verlängerung der Haltbarkeit im Gerät“ hinzugefügt
IFU_LABUMAT2_03_DE	10/2023	Funktionen der neuen Software (SW 3.6) hinzugefügt Neuer Verwendungszweck hinzugefügt Pädiatrischer Modus hinzugefügt
IFU_LABUMAT2_04_DE	02/2024	Berichtigung von Meldungen (6 Fehlermeldungen, Fehlerbehebung)

1.2 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der LabUMat 2 ist ein automatischer Urinchemie-Analysator für die In-vitro-Diagnostik. Es handelt sich um ein Screening-Gerät. Das Gerät kann mit LabStrip U11 Plus GL und LabStrip U12 mALB/CREA Teststreifen verwendet werden. Die mitgelieferte physikalische Messzelle liefert quantitative (spezifisches Gewicht) und halbquantitative (Farbe und Trübung) Daten.

Es ist für den professionellen Einsatz im Labor bestimmt.

Das Gerät misst menschliche Urinproben.

1.3 Funktionsweise




Abbildung 1: Messprinzip

Der LabUMat 2 identifiziert die auf das Gerät platzierten Proben automatisch über das integrierte Barcode-Lesegerät. Nach einer kurzen Mischsequenz pipettiert das Gerät nicht zentrifugierte native Urinproben auf die Felder der Urineststreifen. Die Testfelder ändern ihre Farbe basierend auf der chemischen Zusammensetzung der Probe. Nach 60 Sekunden Inkubationszeit fährt das Gerät die Teststreifen unter

den optischen Messkopf. Die optische Einheit ist mit vier Leuchtdioden (LEDs) ausgestattet, die Licht mit verschiedenen Wellenlängen (505, 530, 620, 660 nm) emittieren. Das Lesen erfolgt elektrooptisch wie folgt:

Die LEDs (1) emittieren von direkt über der Testzone Licht einer definierten Wellenlänge auf die Oberfläche des Testfelds (2). Das auf die Testzone auftreffende Licht wird mit einer Intensität reflektiert, die vom Grad der Farbveränderung des Testfelds abhängt (und die direkt mit der Konzentration des jeweiligen Bestandteils im Urin zusammenhängt), und wird von den Detektoren, in optimalen Winkeln angeordnete Fotodioden (3), aufgenommen. Die Fototransistoren senden ein analoges elektrisches Signal an einen A/D-Wandler (4), der das Signal in eine digitale Form umwandelt. Der Mikroprozessor (5) führt dann auf der Grundlage dieses digitalen Messwerts Berechnungen für jedes einzelne Testfeld durch. Abschließend vergleicht das System diese berechneten Werte mit den definierten Bereichsgrenzen (berechnete Werte, die für jeden Parameter im Analysegerät programmiert sind) und gibt ein halbquantitatives Ergebnis (6) aus.

Der optische Messkopf liefert Ergebnisse für: Bilirubin (BIL), Urobilinogen (UBG), Ketone (KET), Ascorbinsäure (ASC), Glukose (GLU), Protein (PRO), Kreatinin (CREA)*, Blut (BLD), pH, Albumin (mALB)*, Nitrit (NIT) und Leukozyten (LEU). Das Albumin-Kreatinin-Verhältnis (ACR)* und das Protein-Kreatinin-Verhältnis (PCR)* werden auf der Grundlage der vom optischen Messkopf gelieferten Werte für Protein, Kreatinin und Albumin berechnet. CREA, mALB, ACR und PCR sind nur mit dem LabStrip U12 mALB/CREA MD Urinteststreifen verfügbar.

Gleichzeitig misst die physikalische Messzelle des Geräts die physikalischen Eigenschaften der Probe (Farbe, Trübung und spezifisches Gewicht).

Die Probe wird durch ein Glasrohr im Inneren der physikalischen Messzelle geleitet, wo ein Refraktometer das spezifische Gewicht bestimmt. Farbe und Trübung werden mit einer optischen Anordnung von vier LEDs gemessen, die Licht durch die Probe emittieren. Detektoren auf der gegenüberliegenden Seite der Probe analysieren die Lichtmenge, die von jeder einzelnen LED empfangen wird, um die Farbe und Trübung der Probe zu berechnen.

Gesundheitsrisiken



Dieses Analysegerät kann während des Gebrauchs infektiös werden. Entsorgen Sie das Analysegerät gemäß den örtlichen Vorschriften für biologisch gefährlichen Abfall.

* CREA, mALB, ACR und PCR sind nur bei Verwendung des Urinteststreifens LabStrip U12 mALB/CREA verfügbar.

1.4 Methode der Urinanalyse



Die Urinanalyse ist eine der diagnostischen Methoden, die häufig von Ärzten in Laboren eingesetzt werden. Die kostengünstigste Methode zur Untersuchung von Urin ist die Verwendung von Papier- oder Kunststoff-Messstreifen. Dieses mikrochemische System ist seit vielen Jahren verfügbar und ermöglicht eine qualitative und semi-quantitative Analyse innerhalb einer Minute durch einfache, aber sorgfältige visuelle Inaugenscheinnahme. Die Farbänderung, die in jedem Segment des Streifens auftritt, wird mit einem Farbdigramm verglichen, um die Ergebnisse zu erhalten. Aufgrund veränderlicher Umgebungsbedingungen (z. B. externes Licht) können die Ergebnisse jedoch leicht falsch gelesen oder gedeutet werden.


Informationen zu spezifischen Störfaktoren sind in der Gebrauchsanweisung des Teststreifens aufgeführt.



Urinanalysegeräte (Urinstreifenleser) wurden speziell zur Verbesserung der Genauigkeit und Sicherheit der Urinstreifenauswertung durch Automatisierung und Standardisierung des Auswertungsverfahrens entwickelt. Die Analysegeräte unterstützen auch die Handhabung der Testdaten und die Berichterstellung, indem sie Datenspeicherungs- und computergestützte Datenverarbeitungsfunktionen für medizinische Laboratorien bereitstellen. Das Analysegerät ist für das Screening von Risikopatienten zur Unterstützung der Diagnose in den folgenden Bereichen bestimmt: Nierenfunktion, Harnwegsinfektionen, Stoffwechselstörungen, Kohlenhydratstoffwechsel, Leberfunktion.


1.5 Gerätekomponenten

1.5.1 Vorderseite des Analysegerätes




1 Türen	5 Touchscreen
2 Behälter für ungenutzte Teststreifen	6 Abtropfschale
3 Probennahmebereich (mit internem RFID und Barcode-Scanner)	7 Abfallbehälter
4 Rack-Förderer	8 Ein/Aus-Schalter

1.5.2 Vorderseite und interne Komponenten des Analysegeräts



1 Pipettiersonde	5 Raste für Rack-Förderer
2 Teststreifen-Ladezylinder	6 Messeinheit
3 Pipettiereinheit	7 Teststreifenkamm
4 Kupplung für Rack-Förderer	8 Raste für Rack-Förderer

1.5.3 Rückseite des Analysegerätes



1 LAN-Schnittstellen für LIS	8 Audioanschlüsse (nicht in Gebrauch)
2 RS232 für Anschluss des Sediment-Analysegeräts	9 Netzstecker, Netzschalter, Sicherung
3 PS2-Anschlüsse (nicht in Gebrauch)	10 Anschluss für Waschflüssigkeits-Füllstandssensor
4 USB-Anschluss (nicht in Gebrauch)	11 Anschluss für Flüssigabfall-Füllstandssensor
5 Display-Anschluss (nicht in Gebrauch)	12 Einlass für Waschflüssigkeit
6 DVI-Anschluss (nicht in Gebrauch)	13 Auslass für Flüssigabfälle
7 USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur (optional)	14 Sicherheitsauslass für Flüssigabfälle

⚠ Die Steckverbinder sind ausschließlich mit den Steckern des entsprechenden Zubehörs verwendet werden, um Fehlfunktionen des Geräts oder Personenschaden oder Verletzungen zu vermeiden.

1.6 Teststreifen

Der Urinteststreifen LabStrip U11 Plus GL ist ein medizinisches In-vitro-Diagnostikum zur Verwendung als vorläufiger Screening-Test zur Erkennung von Lebererkrankungen, Gallen- und Leberobstruktionen, Diabetes und hämolytischen Erkrankungen, urologischen und nephrologischen Erkrankungen, die mit Hämaturie oder Hämoglobinurie einhergehen, Erkrankungen der Nieren und Harnwege durch die schnelle qualitative oder halbquantitative Bestimmung von Ascorbinsäure, Bilirubin, Blut, Glukose, Ketonen, Leukozyten, Nitrit, pH-Wert, Protein, spezifischem Gewicht und Urobilinogen im menschlichen Urin.



Das Produkt ist für den professionellen Gebrauch konzipiert und kann in einer patientennahen Umgebung verwendet werden.

Urinteststreifen des Typs LabStrip U11 Plus GL können auch für die visuelle Analyse verwendet werden und können auch in Kombination mit Urinanalysegeräten verwendet werden.

Der Urinteststreifen LabStrip U12 mALB/CREA ist ein medizinisches In-vitro-Diagnostikum zur Verwendung als vorläufiger Screening-Test für Diabetes, Lebererkrankungen, hämolytische Erkrankungen, urogenitale und Nierenerkrankungen sowie Stoffwechselanomalien durch die schnelle halbquantitative Bestimmung von Bilirubin, Urobilinogen, Ketonen, Ascorbinsäure, Glukose, Protein, Kreatinin, Blut, pH-Wert, Albumin und Leukozyten sowie durch die qualitative Bestimmung von Nitrit im menschlichen Urin und durch die Bestimmung des Verhältnisses von Albumin zu Kreatinin und Protein zu Kreatinin. Das Produkt ist für den professionellen Laborgebrauch konzipiert und für die Verwendung mit dem UC-MAX Teststreifen-Analysegerät vorgesehen.

1.7 Zur Verwendung dieser Anleitung

Diese Bedienungsanleitung enthält alle wesentlichen Informationen, die Sie zur optimalen Nutzung des Analysegeräts benötigen. Die Bedienungsanleitung beschreibt Systemfunktionen und enthält schrittweise Anleitungen für den Zugriff auf und die Nutzung des Systems.

Für weitere Unterstützung, Feedback und den Versionsverlauf von Dokumenten wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

1.8 Sicherheitsinformationen

Besonderes Augenmerk muss den folgenden Sicherheitsinformationen geschenkt werden. Ihre Nichtbeachtung kann zu schweren oder sogar tödlichen Verletzungen des Bedieners führen bzw. können Patienten durch fehlerhafte Probenauswertung einem Risiko ausgesetzt werden. Diese Übersicht der Sicherheitsanweisungen enthält die wichtigsten und grundlegenden Anforderungen und Handlungsanweisungen für den sicheren Betrieb des Analysegeräts. Darüber hinaus finden Sie spezifische Informationen in Form von Vorsichts- oder Warnhinweisen am Kapitelanfang oder bei den einzelnen Verfahren.

1.8.1 Qualifikation des Bedieners

- Bediener müssen über ein fundiertes Wissen sowohl über relevante Richtlinien und Standards als auch über die in diesem Bedienerhandbuch enthaltenen Informationen und Verfahren verfügen.
- Führen Sie keine Bedienungsschritte oder Wartungsarbeiten ohne vorherige entsprechende Schulung durch. Befolgen Sie die in diesem Bedienerhandbuch für den Betrieb und die Wartung des Analysegeräts angeführten Verfahren sorgfältig.
- Überlassen Sie alle Wartungs-, Installations- oder Servicearbeiten, die nicht in diesem Bedienerhandbuch beschrieben sind, geschulten Kundendienstmitarbeitern.
- Halten Sie sich – insbesondere bei der Arbeit mit biologisch gefährlichem Material – an die Regeln für eine gute Laborpraxis.

1.8.2 Schutz vor biologisch gefährlichen Materialien

- Alle Komponenten des Analysegeräts können mit menschlichem Urin in Kontakt geraten und stellen daher mögliche Infektionsquellen dar. Urinproben sollten gemäß den Anforderungen der Sicherheitsstufe 3 für biologische Sicherheit behandelt werden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie eine geeignete Schutzausrüstung tragen, einschließlich, jedoch nicht begrenzt auf: Augenschutz mit Seitenschutz, flüssigkeitsabweisender Labormantel sowie zugelassene Laborhandschuhe. Tragen Sie bei Strahl- oder Spritzergefahr einen Gesichtsschutzschild.
- Wechseln Sie die Handschuhe, wenn diese kontaminiert oder nicht mehr unversehrt sind, bzw. wenn sich dies anderweitig als notwendig erweist. Waschen Sie Einweghandschuhe nicht und verwenden Sie diese nicht wieder.
- Essen, trinken und rauchen Sie im Labor nicht und hantieren Sie dort nicht mit Kontaktlinsen bzw. verwenden Sie keine kosmetischen Produkte und lagern Sie

keine Lebensmittel ein.

- Pipettieren Sie keine Flüssigkeiten mit dem Mund; verwenden Sie ausschließlich mechanische Analysatoren für das Pipettieren.
- Halten Sie bei Service- und Wartungsarbeiten Ihre Hände und Finger von Ihrem Mund, Ihrer Nase und Ihren Augen entfernt.
- Legen Sie Ihre Schutzkleidung ab und waschen Sie Ihre Hände bevor Sie in Nichtlaborbereiche gehen.
- Bei Außerbetriebnahme des Analysegeräts und/oder Transport, muss dieses zuerst gereinigt und desinfiziert werden. Leeren und desinfizieren Sie dabei den Abfallbehälter (flüssig) und den Abfallbehälter (streifen) gemäß der Beschreibung in **2.3.2 Außerbetriebnahme des LabUMat 2** und **5 Wartung**.

1.8.2.1 Mögliche Unfälle

- Verschütten von Proben oder Flüssigabfällen
Falls biologisch gefährliche Materialien welcher Art auch immer verschüttet wurden, wischen Sie diese sofort auf und setzen Sie Desinfektionsmittel ein. Falls dies im Analysegerät oder auf der Rack-Transportvorrichtung passiert, stoppen Sie den Analyseprozess bzw. das Messverfahren und starten Sie das tägliche Reinigungsverfahren. (Siehe **5 Wartung**) Falls Proben oder Flüssigabfälle in Kontakt mit Ihrer Haut geraten, waschen Sie diese sofort mit Wasser und Seife ab und verwenden Sie Desinfektionsmittel. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Herabfallen von Feststoffabfällen
Wenn kontaminierte Feststoffe auf den Boden oder auf das Analysegerät fallen (z. B. Abfallbehälter fällt heraus und die verwendeten Küvetten liegen überall verstreut herum) sammeln Sie alle ein und entsorgen Sie diese in einem speziellen Abfallbehälter für biologisch gefährlichen Abfall und reinigen Sie den Bereich mit Wasser und Desinfektionsmittel.

1.8.2.2 Schadensbericht

Informieren Sie Ihren 77 Elektronika Kft.-Vertreter und Ihre örtlich zuständige Behörde über alle schwerwiegenden Vorfälle, die bei der Verwendung dieses Produkts auftreten können.

1.8.3 Abfallmanagement

Beim Abfall des Analysegeräts handelt es sich um potenziell biologisch gefährliche Stoffe, die gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften behandelt werden

müssen. Die maximale Menge an biogefährlichem flüssigem Abfall entspricht der Kapazität des Abfallbehälters (5 Liter).

- Gehen Sie bei der Entsorgung von Abfall welcher Art auch immer gemäß den entsprechenden lokal geltenden Vorschriften und Richtlinien vor.
- Alle Substanzen, die in QC-Materialien und anderen Arbeitsstoffen enthalten sind und die den gesetzlichen Vorschriften und Regulierungen betreffend Umweltschutz unterliegen, müssen im Einklang mit den entsprechenden Vorschriften für Wasserableitungsanlagen entsorgt werden. Für Informationen zu den gesetzlichen Vorschriften in Bezug auf die Wasserableitung, wenden Sie sich bitte an die Hersteller der jeweiligen Substanzen und Materialien.

1.8.4 Sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Analysegeräts

1.8.4.1 Genauigkeit und Richtigkeit der Mess- und Analyseergebnisse

- Ein unkorrektes Mess- oder Analyseergebnis kann zu einer fehlerhaften Diagnose und somit zur Gefahr für den Patienten führen.
- Um die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu gewährleisten, analysieren Sie QC-Proben und überwachen Sie das Gerät während des Betriebs.
- Verwenden Sie keine Verbrauchsmaterialien mit abgelaufenem Verfallsdatum, da dies zu einer Beeinträchtigung der Resultate und somit ungenauen Daten führen kann.
- Für Diagnosezwecke sollten die Ergebnisse immer zusammen mit der Krankengeschichte des Patienten, klinischen Untersuchungen und anderen Befunden ausgewertet werden.

1.8.4.2 Installation, Service und Wartung

- Installations-, Service- und Wartungsarbeiten am Analysegerät dürfen nur von Mitarbeitern ausgeführt werden, die von 77 Elektronika Kft. autorisiert und geschult wurden.
- Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Teile zu ersetzen, die in diesem Bedienerhandbuch nicht beschrieben sind.
- Es ist eine Sicherheitsverriegelung vorhanden, die die Stromzufuhr abschaltet und die Probenverarbeitung unterbricht, wenn sich die Klappe des Analysegeräts öffnet. Versuchen Sie auf keinen Fall, diese Verriegelung zu deaktivieren. Eine deaktivierte Verriegelung würde bewirken, dass der Betrieb des Analysegeräts nicht gestoppt werden könnte, sodass bewegliche innere Teile Unfälle verursachen könnten, wenn Sie in das Analysegerät greifen.
- Das Entfernen der Abdeckungen der elektronischen Anlage kann zu Stromschlägen führen, da sich Hochspannungsteile im Inneren befinden. Entfernen Sie keine anderen

Abdeckungen des Analysegeräts als jene, die in diesem Bedienerhandbuch angegeben sind.

- Versuchen Sie keinesfalls im Elektroabteil zu arbeiten.
- Die Sicherheitsstufe des Analysegeräts verändert sich nach der Ausführung von Service- und Wartungsarbeiten nicht, wenn diese Tätigkeiten ausschließlich von Mitarbeitern ausgeführt wurden, die von 77 Elektronika Kft. autorisiert und geschult sind.

1.8.4.3 Betriebsbedingungen

- Ein Betrieb oder eine Verwendung außerhalb der vorgegebenen Nennbetriebsbedingungen kann zu unkorrekten Resultaten oder zu einer Störung des Geräts führen. (Siehe **9 Technische Daten**).
- Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen und vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit.
- Halten Sie sich immer an Ihre lokal geltenden Laborvorschriften.
- Führen Sie die Wartungsarbeiten in den angeführten Intervallen bzw. dann durch, wenn Sie vom Software-System dazu angewiesen werden, um auf diese Weise die erforderlichen Betriebsbedingungen für das Analysegerät aufrechtzuerhalten. Vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen des Analysegeräts nie verstopft sind.
- Vergewissern Sie sich, dass die Standoberfläche des Analysegeräts nicht durch Vibrationen beeinträchtigt wird, und achten Sie darauf, beim Verarbeiten von Tests und Proben nicht gegen das Analysegerät zu schlagen oder dieses zu kippen.
- Starke Vibrationen und Erschütterungen, Stöße gegen das Gerät oder ein Umkippen desselben können die ordnungsgemäße Positionierung der Messgeräte beeinträchtigen und zu falschen Ergebnissen führen.
- Starke Vibrationen und Erschütterungen, Stöße gegen das Gerät oder ein Umkippen desselben können dazu führen, dass ein Ständer zur Rack-Eingangs-Position bewegt wird, wodurch eine unkorrekte Probenbestimmung verursacht werden kann.

1.8.4.4 Genehmigte Teile

- Die Verwendung von nicht genehmigten Teilen kann zu Störungen und zu einem Verfall des Gewährleistungsanspruchs führen.
- Verwenden Sie ausschließlich von 77 Elektronika Kft. genehmigte Teile und Geräte.

1.8.4.5 Drittanbieter-Software

- Es ist verboten, Software auf dem laufenden PC zu installieren.

1.8.5 Nutzungsbeschränkungen

Um eine endgültige Diagnose zu stellen und eine geeignete Therapie zu verordnen, müssen die mit Urinteststreifen erzielten Ergebnisse in Kombination mit anderen medizinischen Ergebnissen und der Krankengeschichte des Patienten bewertet werden.

1.8.6 Gerätezulassungen

Das LabUMat 2-Harnanalysegerät ist nach den folgenden internationalen Standards hergestellt und getestet:

Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der Kommission.

- IEC 61326-2-6:2012
- IEC 61326-1:2012
- IEC 61010-1:2010 + AMD1:2016
- IEC 61010-2-081:2015
- IEC 61010-2-101:2015

Die Einhaltung der Schutzanforderungen der europäischen EMC-Richtlinie über Sicherheitsanforderungen für In-vitro-Diagnostika wurde nachgewiesen. Gemäß IEC 61326-2-6 ist der Benutzer dafür verantwortlich, das Gerät in elektromagnetischer Umgebung so in Betrieb zu nehmen und weiterhin zu betreiben, dass eine für diese Bereiche geeignete Störfestigkeit gewährleistet ist. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe zu starker elektromagnetischer Strahlung (z. B. im Nahfeld nicht abgeschirmter Hochfrequenzsender), da diese den ordnungsgemäßen Betrieb stören kann. Die elektromagnetische Verträglichkeit sollte vor dem Betrieb des Gerätes geprüft werden.

2 INSTALLATION

2.1 Packliste

LabUMat 2-Analysegerät	1 Stck.
Netzkabel	1 Stck.
Serielltes Kabel	1 Stck.
Abfallbehälter	1 Stck.
Waschbehälter	1 Stck.
Behälterhalter	1 Stck.
Rohre	3 Stck.
Rack-Förderer	1 Stck.
Tropfstreifenschale	1 Stck.
Pipettierschale	1 Stck.
Streifen-Weiterleitungs-Kamm	1 Stck.
Touchscreen-Stift	2 Stck.
Teströhrchen mit Barcode	1 Stck.
Racks	10 Stck.
Anwenderhandbuch	1 Stck.
Verpackungsanleitung	1 Stck.

2.2 Verpackung

 **Überprüfen Sie die Packliste, um zu ermitteln, ob die Sendung vollständig und nicht beschädigt ist. Wenn die Sendung unbeschädigt ist, befolgen Sie die nachstehend aufgeführten Anweisungen. Andernfalls wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler.**

 **Lagern Sie das Analysegerät bis zur Installation bei einer Temperatur zwischen +5°C und +40°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 10-85 %.**

 **Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht, da intensives Licht die optischen Sensoren stören kann.**

LabUMat 2 wird in 2 Kartons geliefert. Räumen und säubern Sie vor dem Auspacken den Bereich, in dem Sie das Analysegerät betreiben möchten: Es wird ein 80 x 60 Zentimeter großer Tisch benötigt, der stabil genug für die Aufnahme des fast 60 kg schweren Analysegeräts ist. Informationen zum Ver- und Entpacken des Analysegeräts finden Sie in der beigefügten, ausführlichen Verpackungsanleitung. Bitte beachten Sie beim Handhaben des Geräts die Versandmarkierungen auf der Verpackung.

 **Wir empfehlen, die Polsterung der Verpackung und anderes wiederverwendbares Verpackungsmaterial für eine zukünftige Verwendung aufzubewahren.**

1 Schneiden Sie die Riemen der Holzverpackung ab und entfernen Sie den Deckel und die Polsterung der Verpackung. Ziehen Sie die äußerste Verpackungshülle ab und entnehmen Sie die Flatpack-Schachtel oben aus der Verpackung.

- 2 Entfernen Sie die Polsterung der Verpackung und die Verpackungsfolie rund um die Schachtel des Hauptgeräts und ziehen Sie dann ihre Verpackungshülle ab.
- 3 Entnehmen Sie die zehn (10) Teströhrchen-Racks, die Teströhrchen und die Rack-Adapter und stellen Sie sie auf den vorbereiteten Tisch.
- 4 Entnehmen Sie den separat verpackten Rack-Förderer und stellen Sie ihn auf dem vorbereiteten Tisch ab.
- 5 Entfernen Sie die Schachtel mit dem Anwenderhandbuch und den unter [2.1 Packliste](#) aufgeführten Kleinteilen.
- 6 Entnehmen Sie beide Flüssigkeitstanks, ihre Rohrleitungen und ihre Schüssel und stellen Sie die Tanks in ihre Schüssel und stellen Sie die Tanks in ihre Schüssel unter dem Tisch.
- 7 Schneiden Sie das Klebeband um die Verpackungshülle des Hauptgeräts ab und ziehen Sie die Verpackungshülle ab. Stellen Sie das Hauptgerät mit einem Kollegen, der Ihnen beim Anheben hilft, auf dem Tisch ab.
- 8 Packen Sie das gesamte Zubehör aus. Überprüfen Sie die Sendung auf Vollständigkeit (☞ [2.1 Packliste](#)).



Da das Analysegerät ziemlich schwer ist (etwa 60 kg), sind zwei Personen erforderlich, um es zu bewegen. Heben Sie das Analysegerät, indem Sie es mit beiden Händen auf beiden Seiten an den unteren Ecken von unten packen.



Wenn das Gerät an einem anderen Ort installiert werden soll, müssen alle abnehmbaren Teile für den Transport entfernt und der Roboterarm mit der mitgelieferten Sicherungsschraube/-platte fixiert werden. Für den Transport kann aufgrund des Gewichts des Analysegeräts ein Transportwagen erforderlich sein.

2.3 Installationsreihenfolge

- 1 Entfernen Sie alle verbleibenden Polsterungen der Verpackung rund um das Analysegerät sowie im Inneren des Analysegeräts.
- 2 Greifen Sie von vorn in das Analysegerät und suchen Sie eine hervorstehende Schraube und eine Metallplatte in der Mitte. Die Halteplatte sichert die Pipettiersonde des Analysegeräts während des Versands. Die Halteplatte muss entfernt werden, bevor das Gerät eingeschaltet werden kann. Lösen Sie die Befestigungsschraube, entfernen Sie die Platte und befestigen Sie sie mit der Schraube in einem Schraubenloch an der oberen Querstange des Rahmens, das speziell für diesen Zweck gebohrt wurde.



Es wird empfohlen, die Befestigungsschraube und die Platte aufzubewahren, da Sie sie

möglicherweise benötigen, wenn Sie das Analysegerät an einem anderen Ort installieren.

3 Suchen Sie den Streifen-Weiterleitungs-Kamm unter den Zubehörteilen und setzen Sie ihn an der richtigen Stelle im Streifenförderer rechts im Inneren des Geräts ein (☞ **Abbildung 25**).

4 Suchen Sie die Pipettierschale unter den Zubehörteilen und installieren Sie es an der entsprechenden Stelle in der Mitte des Geräts (☞ **Abbildung 25**).

5 Suchen Sie die Abtropfschale unter den Zubehörteilen und schieben Sie sie von der Vorderseite des Geräts in ihren Einschub ein (☞ **Abbildung 25**).



Stellen Sie sicher, dass die Öffnungen in der Abtropfschale am Verfahrweg der Pipettiersonde ausgerichtet sind, wenn diese in die Teströhrchen abgesenkt wird.




Abbildung 2: Abmessungen des Analysegeräts mit angebrachtem Rack-Förderer

6 Verbinden Sie den Rack-Förderer mit dem Hauptgerät. Richten Sie die beiden Kanten bündig aneinander aus und lassen Sie den Förderer am Hauptgerät einrasten. Drücken Sie nach dem Ausrichten der Kanten leicht am Gerät an, bis es einrastet.



Verwenden Sie nur Rack-Förderer, die speziell mit LabUMat 2 Analysegeräten geliefert werden.

7 Schließen Sie das Netzkabel zuerst an LabUMat 2 und dann an das Stromnetz an. Aus Sicherheitsgründen kann der LabUMat 2 nur an geerdeten Steckdosen angeschlossen werden.

8 Verwenden Sie das mitgelieferte serielle Kabel oder den USB-Anschluss, um den LabUMat 2 mit dem Host-PC zu verbinden. Informationen zum Anschließen des Analysegeräts an einen Host-PC finden Sie unter [3.3 Menü Daten](#).

9 Schalten Sie den LabUMat 2 ein und warten Sie, bis die Startsequenz abgeschlossen ist.

 **Es ist wichtig, dass Sie die Halteplatte vom linearen Roboter entfernen, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen. Wenn der Strom eingeschaltet wird, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Wenn Sie auf die Ein/Aus-Taste tippen, wird das System initialisiert. Dieser Vorgang umfasst auch Verfahrrprüfungen. Der lineare Roboter kann beschädigt werden, wenn er durch die Halteplatte an der Ausführung der Verfahrrprüfungen gehindert wird.**

 **Der LabUMat 2 wird mit einer Netzspannung von 100 bis 240 V AC betrieben. In diesem Bereich verwaltet das Gerät die Spannung automatisch. Verwenden Sie das Gerät nicht mit anderen Netzspannungen.**

 **Nehmen Sie nicht die Rückwand des Analysegeräts ab. Nur speziell geschultes Servicepersonal darf das Analysegerät demontieren.**

 *Sie müssen die Teststreifen registrieren, bevor Sie das Analysegerät verwenden können (☞ [3.5.9 Streifen-Registrierung](#)).*

 *Es wird empfohlen, nach der Installation des Analysegeräts seine Leistung zu überprüfen (☞ [3.5.2 Qualitätskontrolle](#)).*

2.3.1 Installation des Fluidsystems

1 Führen Sie die zwei größeren Rohre durch die beiden Schlitz des Behälterdeckels für Abwasser. Stellen Sie sicher, dass die schwarzen Gummiringe in den Schlitzen bleiben. Lassen Sie die Rohrenden 10 Zentimeter (4 Zoll) in das Innere des Behälters ragen und schließen Sie die anderen Enden an den mit „Waste“ (Abfall) und „Gravity“ (Schwerkraft) gekennzeichneten Schlitzen an LabUMat 2 an.

 **Es gibt keinen Sog im Fallrohr, daher muss es so installiert werden, dass es bis zum Abfalltank nach unten geneigt ist.**

2 Schließen Sie den Sensor für diesen Behälter an den D-Sub-9-Anschluss auf der Rückseite des Analysegeräts an, der mit „WASTE SENSOR“ (Abfallsensor) gekennzeichnet ist.

3 Füllen Sie den anderen Behälter mit destilliertem Wasser. Führen Sie das einzelne kleinere Rohr durch die Halterung des Waschbehälters und von innen durch den Schlitz in dessen Abdeckung. Stellen Sie sicher, dass der schwarze Gummiring im Schlitz bleibt. Ein Ende des Rohrs muss sich am Boden des Behälters befinden und durch den Gummiring festgehalten werden, während das andere Ende mit dem als „Wash“ (Waschen) gekennzeichneten Schlitz am Analysegerät verbunden werden muss.

4 Schließen Sie den Sensor für den Wassertank an den D-Sub-9-Anschluss auf der Rückseite des Analysegeräts an, der mit „WASH SENSOR“ (Waschsensoren) gekennzeichnet ist.

5 Stellen Sie beide Tanks in ihre Schüssel und stellen Sie die Schüssel unter dem Tisch auf, auf dem das zusammengebaute Analysegerät aufgestellt ist.

2.3.2 Außerbetriebnahme des LabUMat 2

Sie müssen keine besonderen Schritte unternehmen, um den LabUMat 2 außer Betrieb zu setzen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Analysegerät in einem ordnungsgemäßen Zustand zu bewahren, während es nicht verwendet wird.



Da Urin eine Flüssigkeit menschlichen Ursprungs ist, kann es infektiös sein und biologische Risiken bergen.



Handhaben Sie gebrauchte Streifen und Urinverunreinigungen mit Vorsicht.



Tragen Sie bei der Bedienung des LabUMat 2 immer Gummihandschuhe oder andere Schutzkleidung.

1 Führen Sie den Waschzyklus mit der Desinfektionslösung durch ([3.5.5 Desinfektion](#)). Schalten Sie den LabUMat 2 aus und trennen Sie ihn vom Stromnetz.

2 Entsorgen Sie sowohl nicht verwendete Streifen als auch alle verwendeten Streifen aus dem Abfallbehälter.

3 Entfernen Sie alle Flüssigkeiten aus beiden Behältern und reinigen Sie sie gründlich. Lassen Sie sie trocknen und verpacken Sie sie. Lassen Sie die Kappen offen.

4 Verwenden Sie die mitgelieferte Befestigungsschraube und die Halteplatte, um das lineare Robotermodul zu sichern.

5 Reinigen Sie den LabUMat 2 sorgfältig und entfernen Sie alle abnehmbaren Teile ([5 Wartung](#)). Lassen Sie sie trocknen und verpacken Sie den LabUMat 2 so, wie er bei Ihnen angeliefert wurde.



Wenn Sie den LabUMat 2 wieder in Betrieb nehmen möchten, führen Sie die unter [2 Installation](#) aufgeführten Schritte aus, um das Analysegerät ordnungsgemäß zu installieren.



Wenn das Gerät an einem anderen Ort installiert werden soll, müssen alle abnehmbaren Teile (der Streifen-Weiterleitungs-Kamm, die Pipettierschale, die Abtropfschale und der Rack-Förderer) für den Transport entfernt und der Roboterarm mit der mitgelieferten Sicherungsschraube und -platte fixiert werden. Für den Transport kann aufgrund des Gewichts des Analysegeräts (ca. 60 kg) ein Transportwagen erforderlich sein.

2.3.3 Kennzeichnung der Teströhrchen mit Barcodes

Der eingebaute Barcodeleser des LabUMat 2 kann Urinproben automatisch anhand von Barcodes identifizieren, die an der Seite der Teströhrchen angebracht werden.




Abbildung 3: Vom System erkannte Barcodetypen und Veranschaulichung ihrer Verwendung

- CODE 39
- CODE 128
- EAN-13
- EAN-8
- INTERLEAVED 2 of 5
- CODABAR

Bringen Sie die Barcodes in der Mitte der Teströhrchen zwischen den in [Abbildung 3](#) angegebenen Markierungen an. Barcodes über oder unter diesen Markierungen werden möglicherweise nicht von LabUMat 2 identifiziert. Achten Sie beim Einsetzen von Proben mit Barcodes in die Racks darauf, dass die Barcodes zur offenen Seite der Racks zeigen, andernfalls kann der Barcodescanner die Codes nicht scannen.

Eines der mitgelieferten Teströhrchen ist mit einem vorinstallierten Barcode ausgestattet. Es zeigt die optimale Positionierung des Barcodes auf dem Teströhrchen und kann außerdem zur Überprüfung des eingebauten Barcodescanners verwendet werden.

3 MENÜSYSTEM

Der LabUMat 2 verfügt über ein intuitives, benutzerfreundliches Menüsystem. Die Titelleiste am oberen Rand des Bildschirms zeigt den Gerätenamen, die Softwareversion und den aktuell verwendeten Teststreifentyp an. Die Hauptmenüelemente befinden sich auf der rechten des Bildschirms. Die entsprechenden Untermenüs befinden sich unten. Die Menüelemente können durch Antippen auf dem LCD-Touchscreen, durch Anklicken mit der angeschlossenen Maus (nicht enthalten) oder durch Auswahl mit den Pfeiltasten der externen Tastatur (nicht enthalten) ausgewählt werden. Zeichen können über die externe Tastatur oder die Bildschirmtastatur eingegeben werden. Einige Schaltflächen haben mehr als einen Status, und ihr Aussehen gibt ihren aktuellen Status an.




Abbildung 4: Das Menü Messung (Measure)

Ganz unten auf dem Bildschirm werden in der Statuszeile kontinuierlich die folgenden Informationen von links nach rechts angezeigt:

Informationen der Statuszeile	
Beschreibung der angezeigten Informationen	Möglicher angezeigter Inhalt
Zeigt den Status des Systems oder der aktuell ausgeführten Aufgabe an.	Komm.-Fehler Initialisierung... Nicht bereit Ausstehend Diagnose... Desinfektion... Abschaltung... PMC wird kalibriert... Rack wird ausgeworfen... Zuführg. Wird geleert... Bereit STAT wird vorbereitet... Stoppen... Aktualisieren ... Starten ... Vorgang läuft
Verbindungsstatus des Sediment-Analyser (falls aktiviert)	Sediment verbunden Sediment nicht verbunden
Anwenderrechte je nach Anmeldeebene oder Anwendername	Operator (Bediener) Administrator Service User name (Anwendername)
Ungefähre Anzahl der Streifen im Abfallbehälter	Abfall:
Aktuelles Datum und Uhrzeit	Datum & Uhrzeit

3.1 Anwenderrechte

Abhängig vom ausgewählten Anmeldesystem können LabUMat 2-Anwender anhand ihrer unterschiedlichen Zugriffsebenen oder anhand ihres individuellen Anwendernamens (und der entsprechenden Zugriffsebenen) kategorisiert und identifiziert werden. Es gibt drei Zugriffsebenen für LabUMat 2-Anwenderkonten: Bediener, Administrator und Service mit unterschiedlichen Anwenderrechten. Einige erweiterte Einstellungen sind nur für Konten der Administrator- oder Serviceebene verfügbar. Diese sind immer kennwortgeschützt.

- ① *Nur ordnungsgemäß geschultes und autorisiertes Servicepersonal kann sich bei Anwenderkonten der Serviceebene anmelden.*

Wenn das auf der Zugriffsebene basierende Anmeldesystem aktiv ist, ist die Standardzugriffsebene für alle Anwender beim ersten Start Bediener. Anwender der Bedienerebene können Messungen durchführen, Probendaten in der Datenbank verwalten und im Menü Einstellungen auf die Registerkarte Messung zugreifen.

3.1.1 Anmelden bei einem Administrator-Anwenderkonto

1 Rufen Sie das Menü Einstellungen auf und tippen Sie auf die Schaltfläche Einloggen in der unteren linken Ecke.

Geben Sie den Standard-Anwendernamen („administrator“) und das Kennwort („settings“) für das Administrator-Anwenderkonto (ohne die Anführungszeichen) ein.

① *Aus Sicherheitsgründen werden Sternchen (*) anstelle der Zeichen angezeigt, die Sie in das Textfeld „Kennwort“ eingeben.*

2 Die Anzeige der Anwenderrechte in der Statuszeile wechselt zu „Administrator“. Nehmen Sie die Änderungen an den Einstellungen vor, auf die Sie als ein Bediener nicht zugreifen konnten.

3 Tippen Sie auf die Schaltfläche Abmeldung, um zu einem Anwender auf Bedienererebene zurückzukehren.

① *Die Anwenderrechte des aktuell aktiven Anwenders werden immer in der Statuszeile angezeigt. Hier kann immer geprüft werden, ob der aktuelle Anwender Bediener-, Administrator- oder Servicerechte besitzt.*

3.2 Menü Messung



Im Menü Messung wird in der Mitte des Bildschirms eine Liste mit Datum, Uhrzeit, Rack- und Röhrchennummern, Proben-IDs sowie dem Namen des Patienten und Statussymbolen der aktuell ausgewerteten Streifen angezeigt.

3.2.1 Liste löschen



TTippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle abgeschlossenen Messdatensätze aus der im Menü Messung angezeigten Liste zu entfernen. Diese Funktion entfernt keine Datensätze aus der Datenbank..

3.2.2 Zähler für registrierte Streifen

Zeigt den Streifentyp und die Anzahl der verbleibenden Streifen der letzten Charge der registrierten Streifen an. Sie finden den Registrierungscode für jede Charge von Streifen auf einer Registrierungskarte in jeder Schachtel LabStrip U11 Plus GL- und LabStrip U12mALB/CREA MD-Teststreifen. Wenn Sie eine neue Charge registrieren, erhöht sich der Zähler für registrierte Streifen um die Anzahl der neu registrierten Streifen.

3.2.3 Init



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um denselben Selbsttest auszuführen, der bei jeder Inbetriebnahme ausgeführt wird. Diese Funktion prüft alle unabhängigen internen Teile, und nach Abschluss der Prüfung wird der LabUMat 2 initialisiert. Wenn bei der Verwendung des Analysegeräts Probleme auftreten, wird empfohlen, diese Selbstprüfung als ersten Schritt der Problembehandlung durchzuführen.

3.2.4 Zufübrg leer



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Streifenzuführung zu leeren, und warten Sie, bis sich das Symbol und der Text auf der Schaltfläche ändern. Die Schaltfläche ist während der Messungen deaktiviert, es sei denn, die Anzahl der Streifen ist kleiner als 15.

Suchen Sie nach dem Leeren des Streifenzuführungsmoduls nach nicht verwendeten Streifen in dem Behälter für nicht verwendete Streifen unter der Streifenzuführung. Nicht verwendete Streifen können später wiederverwendet werden. Wenn Sie die Arbeit mit LabUMat 2 abgeschlossen haben, schütteln Sie den Behälter für ungenutzte Streifen und schütten Sie die Streifen zurück in ihr Fläschchen, nachdem Sie die vordere Kappe des Behälters abgeschraubt haben. Vermeiden Sie, ungenutzte Streifen mit der Hand zu berühren!





Abbildung 5: Entleeren des Behälters für ungenutzte Streifen zurück in ein Teststreifenfläschchen

- ⚠** Insgesamt können 300 Teststreifen gleichzeitig in die neuesten Serien des Geräts eingelegt werden (2 Fläschchen mit 150 Streifen). Achten Sie beim Befüllen des Geräts mit Streifen aus 2 Fläschchen darauf, dass sie die gleiche Chargennummer haben. Führen Sie nur dann ein neues Fläschchen mit Teststreifen in das Analysegerät ein, wenn die Anzahl der verbleibenden, ungenutzten Streifen im Gerät unter 15 gefallen ist.
- ⚠** Bewahren Sie keine Streifen im Analysegerät auf. Entfernen Sie die Streifen aus dem Behälter für ungenutzte Streifen und schütten Sie sie zurück in ihr Fläschchen, wenn Sie die Arbeit mit LabUMat 2 beenden. Streifen im Behälter für ungenutzte Streifen sind nicht vollständig vor Feuchtigkeit geschützt, was deren Qualität erheblich beeinträchtigen kann.
- ⚠** Um eine korrekte Verfolgung der Haltbarkeit der Streifen zu ermöglichen, setzen Sie neue Streifen nur bei eingeschaltetem Analysegerät ein.

3.2.5 Rack-Ausschub



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuelle Rack aus dem Gerät zu nehmen. Diese Schaltfläche ist während der Messung deaktiviert.

3.2.6 STAT




Diese Funktion sollte verwendet werden, wenn es Proben gibt, die unbedingt vor den geplanten Proben gemessen werden müssen. Die Taste STAT ist deaktiviert, wenn keine laufenden Messungen oder Kontrollmessungen durchgeführt werden. Sie ist aktiviert, wenn normale Messungen ausgeführt werden. Wenn Sie auf die Schaltfläche STAT tippen, wird das Analysegerät erst angehalten, nachdem es die aktuelle Probe verarbeitet hat. Die Meldung „Warten Sie, bis die aktuelle Messung abgeschlossen ist.“ wird angezeigt, bis das Analysegerät anhalten kann. Dann wird das letzte Rack herausgeschoben und der Rack-Förderer verfährt die folgenden, noch nicht gemessenen Racks nach hinten, um Platz für das zusätzliche Rack zu schaffen, das die dringenden Proben enthält. Die Meldung „Fügen Sie die dringende(n) Probe(n) ein.“ gibt an, dass das Analysegerät bereit ist, die dringenden Proben zu verarbeiten. Sie können sie folglich auf dem Rack-Förderer absetzen. Wenn Sie auf die Schaltfläche OK im Fenster „Nachricht“ tippen, zieht der LabUMat 2 das zusätzliche Rack ein und misst die darin enthaltenen Proben. Falls keine RFID-Racks vorhanden sind oder das RFID-Lesen auf dem Analysegerät nicht aktiviert ist, haben die Messungen verschiedene generierte IDs, beginnend mit der Nummer 9001 und jede neue Racknummer geht um eins nach oben. Wenn sich jedoch auf den Teströhrchen mit den dringenden Proben Barcodes befinden, werden Barcodes als IDs zugewiesen. Nach der Messung des zusätzlichen Racks werden die unterbrochenen Messungen automatisch fortgesetzt.

3.2.7 Start



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Messung zu starten/stoppen. Ausführliche Informationen finden Sie unter [4.5 Grundlegende Bedienung](#).

3.2.8 Verlassen



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie die Arbeit mit LabUMat 2 beendet haben. Wenn Sie auf die Schaltfläche tippen, können Sie das automatische Desinfektionsspülverfahren starten (see [3.5.5 Desinfektion](#)) oder den Spülvorgang überspringen und das Analysegerät direkt herunterfahren. Sie müssen immer eine Desinfektionsspülung durchführen, bevor Sie am Ende des Tages die Arbeit mit dem Analysegerät beenden. Die Software des Geräts wird nach der Desinfektion heruntergefahren und der LabUMat 2 schaltet in den Standby-Modus. Um den Analysator vollständig auszuschalten, verwenden Sie den Hauptschalter an der Rückseite des Analysegeräts. Die Schaltfläche Verlassen wird aktiv, nachdem Sie die Messzyklen angehalten haben. Sie können die Betriebssoftware während eines laufenden Messzyklus nicht beenden.

3.3 Menü Daten

PROBENLISTE: 16 PROBE

Zeit	ID	Name	+/-
10. 25. 9:41:28	102509412833	-	X6
10. 25. 9:41:33	102509413255	-	-
10. 27. 8:13:38	102708133792	-	+
10. 27. 8:13:42	102708134228	-	-
10. 27. 8:13:49	102708134924	-	+
10. 28. 17:57:49	102817574926	-	+
10. 28. 17:57:53	102817575346	-	-
11. 02. 9:38:48	110209384759	-	+
11. 02. 9:38:52	110209385180	-	+
11. 02. 9:38:59	110209385854	-	+
11. 02. 9:39:05	110209390528	-	+
11. 02. 12:52:46	110212524635	-	X6
11. 02. 12:52:51	110212525070	-	X6
11. 02. 12:52:58	110212525768	-	X6
11. 02. 12:53:05	110212530465	-	+
11. 02. 12:53:12	110212531162	-	X6

Ausgewählte Probe:

Datum : 02.11.2022 12:53:12
 Rack/ : 2/5
 Barcode : 110212531162
 Name : -
 Kommentar : -

N/A **Streifen nicht erkannt**

T...	SI	Arb.
BIL	N/A	N/A
UBG	N/A	N/A
KET	N/A	N/A
ASC	N/A	N/A
GLU	N/A	N/A
PRO	N/A	N/A
BLD	N/A	N/A
PH	N/A	N/A
NIT	N/A	N/A
LEU	N/A	N/A


Farbe : N/A
 Trübung : N/A
 S.G. : N/A

Buttons: LÖSCHEN, AUSWÄHLEN, FILTER, ÄNDERN, VALIDIEREN, VERLASSEN

Navigation: MESSUNG, DATEN, EINSTELLUNGEN, ALLGEMEIN

Status: Gerät ist bereit | Service | Abfall:16 | 02.11.2022 12:55:12

Abbildung 6: Das Menü Daten



Sie können die Aufzeichnungen der Messungen im Menü Daten auch während eines laufenden Messzyklus überprüfen, ändern oder bestätigen. Das Menü ist in zwei Teile unterteilt:

- Proben-Datensätze sind in der Probenliste links aufgeführt;
- Informationen zum aktuell ausgewählten Probendatensatz werden rechts in zwei Abschnitten angezeigt:
 - Allgemeine Informationen zur ausgewählten Probe sind oben aufgeführt;
 - Detaillierte Ergebnisse für die Probe werden unten angezeigt.

i Tippen Sie auf die Pfeilschaltfläche zwischen den allgemeinen Informationen und den Ergebnislistenbereichen, um weitere Informationen zum ausgewählten Ergebnis aufzulisten.

3.3.1 Die Probenliste

Die Probenliste zeigt die Messdatensätze für die Urinproben im aktuellen Messzyklus an. Jedes Mal, wenn das System die Analyse einer Probe abschließt, wird ein neuer Messdatensatz zur Probenliste hinzugefügt. Um einen Datensatz in der Probenliste auszuwählen, tippen Sie auf die entsprechende Zeile. Die Messdatensätze umfassen die folgenden Informationen:

Datum	Datum und Uhrzeit der Analyse der Urinprobe. Dieses Feld wird vom System generiert und wird immer aufgelistet.
ID	Die ID, die der Urinprobe zugewiesen wurde. Wenn Sie zur Identifizierung von Proben keine Barcodes auf den Teströhrchen verwenden, generiert das System auf der Grundlage der Racknummer und der Position des Teströhrchens im Rack. eine eindeutige ID (siehe 4.4 Identifizierung der Testergebnisse).
Name	Name des Patienten, der die Urinprobe abgegeben hat. Diese Daten sind optional und werden nur angezeigt, wenn Sie einen Namen für den Patienten eingegeben haben (siehe z. B. 3.5.6 Arbeitslisteneditor).
+/-	In dieser Spalte wird „+“ angezeigt, wenn die Probe positiv war (anormal), oder „-“, wenn die Probe negativ war (normal). Es können drei (3) zusätzliche Symbole angezeigt werden, um anzugeben, dass bei der Messung ein Problem aufgetreten ist.
	Eine rote X-Markierung mit oder ohne tiefstehende Indexnummer. Siehe 6.4 Mögliche Messfehler .
	 Gibt an, dass die Probenmenge für ein korrektes Testfeld-Pipettieren nicht ausreichend war.
	 Gibt an, dass ein Problem mit dem PMC-Teil der Messung für die Urinprobe aufgetreten ist und dass die Daten zu Farbe, Klarheit und spezifischem Gewicht unzuverlässig sind oder fehlen.
	 (On-Board-Stabilitätsmeldungen): Zeigt an, dass die On-Board-Stabilität der Urinteststreifen überschritten ist. Es müssen neue Urinteststreifen eingelegt werden. Siehe .

3.3.2 Hauptfunktionen

In diesem Abschnitt werden die allgemeinen Funktionen beschrieben, die auf allen Registerkarten über die Schaltflächen am unteren Rand des Displays verfügbar sind.

- ① Wenn eine der von Ihnen vorgenommenen Änderungen Auswirkungen auf die Probenliste im Menü „Daten“ hat, wird die Probenliste automatisch aktualisiert. Abhängig von der Anzahl der Datensätze in der Datenbank kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies wird immer durch den angezeigten Fortschrittsbalken angezeigt.

3.3.2.1 Transfer



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Messdatensätze ausgewählter Urinproben über die serielle Schnittstelle an einen Host-Computer oder ein LIS zu übertragen.

 Weitere Informationen zu Übertragungsprotokollen erhalten Sie von Ihrem Händler.

3.3.2.2 Drucken




Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ergebniszusammenfassung für die ausgewählte(n) Probe(n) über den angeschlossenen Drucker zu drucken.

3.3.2.3 Export




Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ausgewählte Ergebnisse auf ein externes USB-Laufwerk zu exportieren. Sie können den Dateipfad für den Export in einem sich öffnenden Dialogfeld angeben.

3.3.2.4 Listenexport



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Ergebnisliste auf ein externes USB-Laufwerk zu exportieren. Sie können den Dateipfad für den Export in einem sich öffnenden Dialogfeld angeben..

3.3.2.5 Import



angeben.


Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ausgewählte Ergebnisse von einem externen USB-Laufwerk zu importieren. Sie können den Dateipfad für den Import in einem sich öffnenden Dialogfeld

3.3.2.6 Umschalten



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die zweite Ebene der Funktionstasten anzuzeigen.

3.3.2.7 Löschen



deaktiviert.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den ausgewählten Datensatz zu löschen. Ergebnisse für gelöschte Proben werden aus der Datenbank entfernt. Diese Funktion ist während Messzyklen

3.3.2.8 Alles auswählen/Auswahl aufheben



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Auswahl aller Datensätze in der Liste umzuschalten. Diese Funktion ist inaktiv, wenn sich nur ein Element in der Probenliste befindet.

3.3.2.9 Ändern



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Barcode-ID, den Patientennamen oder einen oder mehrere der mit dem ausgewählten Datensatz verknüpften physikalischen Parameter zu ändern und Kommentare hinzuzufügen. Wählen Sie den Datensatz aus, den Sie ändern möchten. Geben Sie die neue ID und den Namen des Patienten über die Bildschirmtastatur ein und tippen Sie auf das grüne Häkchen, um die Änderungen zu speichern, oder auf das rote X, um den Vorgang abzubrechen..

 ID-Textfelder dürfen nicht leer sein.

Modify sample

Barcode: 00104

Patient name: -

Comment:

Physical parameters:

Color: Yellow


Turbidity: Clear

SG: 0.7737

OK CANCEL


Abbildung 7: Das Popup-Fenster Probe ändern

3.3.2.10 Neuauswertung



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das/die ausgewählte(n) Ergebnis(se) entsprechend möglichen Änderungen an den Einstellungen, wie positiver Probenstatus, Feldsichtbarkeit, Feldempfindlichkeit, Spurenkategorie und automatische Validierung, zu bewerten. Siehe [3.4.3.3 Abänderung des positiven Probenstatus](#).

3.3.2.11 Filter



Um einen oder mehrere Probandensätze einfach zu finden, können Sie die Messergebnisse nach einem oder mehreren der folgenden Kriterien filtern:

- Messdatum

- ① *Das aktuelle Datum wird in die Datumsfelder „Von“ und „Bis“ eingefügt. Tippen Sie auf das Kalendersymbol neben den Datumsfeldern, um andere Daten auszuwählen.*
- ① *Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Letzte Tage“ und geben Sie eine Zahl in das Textfeld neben der Bezeichnung ein, um die Ergebnisse der Analysen zu filtern, die innerhalb einer bestimmten Anzahl von Tagen ab dem aktuellen Datum durchgeführt wurden.*

- Barcode
- Name des Patienten
- Name des Bedieners, der die Messung durchgeführt hat

- ① *Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil, um einen Bediener auszuwählen.*

- Eine bestimmte LOT-Nummer, die in der Datenbank registriert ist

- ① *Verwenden Sie den Dropdown-Pfeil, um ein Teststreifen-LOT auszuwählen.*

- ① *Diese Funktion ist derzeit nur für Qualitätskontroll-LOTS verfügbar.*

- Eine positive oder negative Analyse oder das Ergebnis der Qualitätskontrolle (QC)

- ① *Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „QC“ und eines der Kontrollkästchen unter „Ergebnis“, um positive oder negative QC-Messungen zu filtern.*

- Gibt an, ob die angegebene Probe einer Sedimentanalyse unterzogen werden sollte oder nicht

- ① *Siehe **3.4.2.4 Testfeld-Reflexion**.*

Um einen bestimmten Filterparameter einzurichten, aktivieren Sie ein oder mehrere Kontrollkästchen.

☐ Date & Time 3/21/2014 3/21/2014

☐ Last days:

☐ Barcode

☐ Patient Name

☒ Operator Name 112

☐ Strip LOT

Result


☐ Positive ☐ Negative ☒ QC

☐ Sediment Recommended

Abbildung 8: Das Popup-Fenster Filter

- ① Wenn Sie die Filter-Funktion verwenden, wird der Hinweis „mit Filter“ an die Probennummer oben in der Probenliste angehängt.

3.4 Menü Einstellungen



Die Verfügbarkeit der Registerkarten des Menüs „Einstellungen“ hängt von den Anwendererebenen ab. Die Registerkarte „Messen“ ist für alle zugänglich. Weitere Einstellungsoptionen sind nur für Anwender der Administrator- oder Serviceebene verfügbar, nachdem sie sich angemeldet haben und bis sie sich wieder abmelden. Die Schaltfläche Einstellungen ist während eines laufenden Messzyklus deaktiviert.

Abbildung 9: Die Registerkarte Messen im Menü Einstellungen

3.4.1 Messeinstellungen

In den Feldern auf dieser Registerkarte können Sie Parameter für den Messvorgang einrichten.

3.4.1.1 Parallele Messungen

 *Diese Funktion ist in der Standalone-Konfiguration verfügbar.*

Standardmäßig wird jede Urinprobe nur einmal analysiert. Sie können das Analysegerät jedoch so einstellen, dass für jede Probe mehr als eine Messung durchgeführt wird. Das System versucht, jede Probe so oft zu verarbeiten, wie Sie in diesem Textfeld angegeben haben.

 *Messdatensätze derselben Urinprobe haben die gleiche ID, aber an das Ende der gemeinsam genutzten ID werden „-1“, „-2“ usw. hinzugefügt.*

 **Der LabUMat 2 erfordert eine Urinprobe von mindestens 2 Millilitern für genaue Analyseergebnisse. Wenn Sie parallele Messungen einrichten, stellen Sie sicher, dass sich für jede Messung eine ausreichende Probemenge in den Teströhrchen befindet.**

3.4.1.2 Setzen Rack-Nummer

Racks werden anhand ihres RFID-Tags identifiziert. Wenn Sie Racks ohne RFID-Tags verwenden, erhält das erste Rack in einem Messzyklus standardmäßig die Nummer „1“. In diesem Textfeld können Sie angeben, welche Nummer das System dem nächsten In-Line-Messzyklus zuweist.

 *Diese Einstellung wird bei jedem Neustart des Systems auf den Standardwert zurückgesetzt.*

3.4.1.3 Datenbank Limit

In diesem Textfeld können Sie die Größe der Datenbank bis zu einem Höchstwert von 10.000 Datensätzen festlegen.

3.4.1.4 Sediment-Analyser

- ① *Weitere Informationen zum Betrieb des LabUMat 2 mit einem angeschlossenen Sediment-Analyser, [☞ 4.7 Gemeinsamer Betrieb des LabUMat 2 und des eines Mikroskopie-Urinalysegeräts..](#)*

3.4.1.5 Arbeitsliste

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Arbeitsliste aktivieren, damit das System die Patienten-Namen und Kommentare automatisch zukünftigen Messdatensätzen aus der zuvor von Ihnen erstellten Arbeitsliste zuweist. Sie können Arbeitslisten im Arbeitslisteneditor einrichten ([☞ 3.5.6 Arbeitslisteneditor](#)).

- ① *Sie können die Arbeitsliste nur aktivieren, wenn die Parallelzählung auf 1 gesetzt ist.*
- ID-Erzeugungs-Modus: Sie können festlegen, ob die verarbeiteten Teströhrchen anhand der Reihenfolge ihres Eintreffens oder anhand der an ihnen angebrachten Barcodes identifiziert werden sollen. Wenn Sie die sequentielle Erzeugung der ID ausgewählt haben, können Sie auch die Anfangsnummer für die Teströhrchen im Textfeld Nächste(r/s) angeben.

3.4.2 Ergebniseinstellungen




Abbildung 10: Die Registerkarte Ergebnisse im Menü Einstellungen

3.4.2.1 Empfindlichkeit

Die chargenspezifische Messempfindlichkeit steht in Klammern. Die Messempfindlichkeit kann für jedes Reagenz-Testfeld auf bis zu zwei Stufen in jede Richtung (-2, -1, 0, +1, +2) eingestellt werden, indem Sie auf die Zifferntaste neben den Beschriftungen der Testfelder tippen.

3.4.2.2 Einheiten

Die Einheit der Ergebnisse kann auf SI oder Konventionell eingestellt werden, willkürliche Werte werden immer angezeigt. Die Messergebnisse werden entsprechend der eingestellten Einheit in der Ergebnistabelle, die im Menü **Daten** angezeigt wird, ausgewertet.

3.4.2.3 Testfeld-Sequenz

Sie können die Reihenfolge ändern, in der die Teststreifenparameter angezeigt und übertragen werden.

- Die Testfeld-Parameter werden in der Reihenfolge analysiert und übertragen, in der sie in der Liste angezeigt werden. Tippen Sie auf die Beschriftung des Testfelds, das Sie neu ordnen möchten, und tippen Sie auf die Pfeile neben der Liste, um den Testfeld-Parameter in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.
- Um ein Testfeld-Parameter aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf die Beschriftung des Testfelds und dann auf das Augensymbol neben der Liste. Die Beschriftung des Testfelds wird abgeblendet, und es wird weder in den Messdatensätzen noch in den übertragenen Daten aufgeführt.

3.4.2.4 Testfeld-Reflexion

In diesem Abschnitt können Sie benutzerdefinierte Filter erstellen, die bestimmte, aber nicht alle Proben auswählen, die Sie an die Sedimentanalyse senden möchten (wenn Sie über ein Sediment-Analysegerät verfügen, das an Ihr LabUMat 2-Analysegerät angeschlossen ist). Sie können die Bedingungen für Ihre Filter anhand der Messergebnisse für die einzelnen Reagenz-Testfelder festlegen. Dem eingestellten Filter entsprechend wird die Probe zur Analyse an das Sediment-Analysegerät weitergeleitet. Bei Proben, die die Kriterien erfüllen, werden ein Häkchen und ein s-Symbol angezeigt. Proben, die die eingestellten Kriterien nicht erfüllen, werden nicht vom angeschlossenen Sediment-Analysegerät analysiert und werden mit dem Status "Ausgelassen" gekennzeichnet.

- Die von Ihnen erstellte Filter wird im zentralen Eingabefenster angezeigt. Sie können die Bedingungen für Ihren Filter mithilfe der vier Dropdown-Felder über diesem zentralen Eingabefenster einrichten. Die Dropdown-Felder und ihre Optionen sind von links nach rechts:

1 Alle Parameter des Reagenzstreifens nacheinander.

2 Eine Auswahl mathematischer Symbole (kleiner als, größer als, gleich, ungleich).

3 Die booleschen Operatoren AND, OR und NOT.

4 Die möglichen Ergebnisse für jeden Parameter in frei wählbaren Einheiten (neg, (+), + usw.).

- Alle von Ihnen ausgewählten Parameter, Symbole oder frei wählbaren Einheiten

werden im zentralen werden im zentralen Fenster angezeigt. Sie können für jeden einzelnen Parameter separate Bedingungen kombinieren, wenn Sie einen einzelnen, komplexen Filter erstellen möchten. Um beispielsweise nur Messdatensätze mit genau + Bilirubin-Ergebnissen und mit Ketone-Ergebnissen größer als ++ auszuwählen,

1 wählen Sie BIL, =, und + aus den entsprechenden Dropdown-Feldern aus, um die Bilirubin-Bedingung festzulegen,

2 wählen dann AND, um die Ketone-Bedingung hinzuzufügen,

3 und wählen anschließend KET, > und ++ in den Dropdown-Feldern.

Die Auswahl, die Sie oben getroffen haben, wird im Eingabefenster als Zeichenfolge „BIL = + AND KET> ++ “ angezeigt.

- ⓘ *Jedes Mal, wenn Sie einen Parameter, ein Symbol, einen Operator oder eine Einheit auswählen, wird dieser/diese/dieses im Fenster angezeigt, sodass Sie die Erstellung Ihres Filters überwachen können.*
- ⓘ *Wenn Sie ungültige Bedingungen einrichten, zeigt die Software eine rote Fehlermeldung unter dem zentralen Eingabefenster an und Sie können den Filter erst speichern, nachdem Sie den Fehler behoben haben.*
- ⓘ *Die Einstellungen für die Feldsichtbarkeit wirken sich nicht auf die Feldreflexionsfunktion aus.*

3.4.3 Kategorien




Abbildung 11: Die Registerkarte Kategorien im Menü Einstellungen

3.4.3.1 Name der Kategorie ändern

Sie können die frei wählbaren Namen der Ergebnis-Kategorien, die den einzelnen Testfeldern zugeordnet werden, ändern um sie so den Konventionen der jeweiligen Teststelle anzupassen.

- 1 navigieren Sie zum Bildschirm Einstellungen/Kategorien,
- 2 klicken Sie das Textfeld an und geben Sie den Namen ein, den das Gerät für diese semi-quantitativen Kategorie anzeigen soll,
- 3 klicken Sie auf "Einstellungen speichern" um die Änderungen zu speichern.

3.4.3.2 Spuren-Kategorien ein-/ausschalten

Vor jedem Parameter, bei dem es eine Spurenkategorie gibt, befindet sich ein Kontrollkästchen. Setzen Sie hier ein Häkchen, wenn Sie die Spurenkategorie einschalten wollen, und entfernen Sie das Häkchen, um sie abzuschalten.

 In der Grundeinstellung sind die Spurenkategorien eingeschaltet.

3.4.3.3 Abänderung des positiven Probenstatus

Die Bedingungen für den positiven Probenstatus können für alle Parameter mithilfe eines Schiebereglers eingestellt werden.

Die Grundlage bildet der verfügbare Name der Kategorie von norm/neg oder dem niedrigsten Wert bis zur höchsten freiwählbaren Kategorie. Das Spektrum der negativen/positiven Proben-Status wird durch einen grünen/roten Rahmen angezeigt. In der Grundeinstellung ist der Probestatus negativ, wenn das Messergebnis für alle Parameter außer ASC und PH innerhalb der Kategorie norm/neg liegt. Verwenden Sie den Zeiger, um den negativen Probenstatus auszuweiten.

3.4.4 Funktionseinstellungen

YoAuf dieser Registerkarte können Sie alle Datenverwaltungseigenschaften anpassen.




Abbildung 12: Die Registerkarte Funktion im Menü Einstellungen

3.4.4.1 Automatischer Druck

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der LabUMat 2 nach jeder abgeschlossenen Messung unabhängig davon, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, automatisch alle Messdatensätze druckt.

- ① Diese Funktion ist nur im Standalone-Betrieb verfügbar, im Normalbetrieb wird sie über den Sedimentanalysator gesteuert.

3.4.4.2 Automatischer Export

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System nach jeder abgeschlossenen Messung unabhängig davon, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, automatisch alle Messdatensätze exportiert. Verwenden Sie die Taste EINSTELLEN, um den Dateipfad für den Export einzugeben.

- ① Diese Funktion ist nur im Standalone-Betrieb verfügbar, im Normalbetrieb wird sie über den Sedimentanalysator gesteuert.

3.4.4.3 Angezeigte ID

Verwenden Sie die Drehfelder Start und Länge, um das erste Zeichen des Barcodes, das das System erkennt (der Standardwert ist 1: Der gesamte Barcode wird verarbeitet) und die Gesamtzahl der verarbeiteten Zeichen in einem Barcode (bis zu 32) anzugeben.

3.4.4.4 Ausfallsichere Systeme

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Trockener Streifen**, damit das System erkennt, ob einer der Reagenz-Teststreifen nach dem Pipettieren der Probe trocken ist. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, werde Probendatensätze mit trockenen Reagenz-Teststreifen mit dem Status X4 angezeigt (👉 [6.4 Mögliche Messfehler](#)) und nicht zur Datenbank hinzugefügt.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bei fehlgeschlagener Messung anhalten**, um das System nach einer X1-, X2-, X3-, X4-, X6- und X7-Fehlermeldung anzuhalten.

3.4.4.5 QK

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiviere QK-Löschung**, damit Anwender QK-Datensätze aus der Datenbank löschen können.

Aktivieren Sie das Feld **QC-Sperre**, um das Gerät nach einer fehlgeschlagenen QC anzuhalten, bis eine QC erfolgreich durchgeführt wurde.

3.4.4.6 Benachrichtigung über Streifenstabilität

Aktivieren Sie unmittelbar nach der Installation des On-Board-Stabilitätskits (siehe [4.2 Einlegen von Streifen in LabUMat 2](#)) das Kontrollkästchen Streifenstabilitäts-Erweiterungskit. Das Gerät sendet nach einer Woche eine Warnmeldung, um die Verwendbarkeit der Streifen zu überprüfen.

Das integrierte Stabilitätskit mit 100 Gramm Trockenmittel hält die Streifen bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit maximal 14 Tage lang stabil.

Einstellung	On-Board-Stabilitätszeit
- (alle Einstellungen deaktiviert)	1 Tag
Betrieb unter normalen Laborbedingungen (T = 18 - 25°C, RH = 30 - 50%)	2 Tage
Strip Stability Extension Kit (Bordstabilitäts-Kit ist obligatorisch)	1 Woche
Betrieb unter normalen Laborbedingungen (T = 18 - 25°C, RH = 30 - 50%) UND Strip Stability Extension Kit (Bordstabilitäts-Kit ist obligatorisch)	2 Wochen

3.4.4.7 Berichtskonfiguration

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens **Änderung markieren** werden die geänderten Pad-Ergebnisse markiert. Auf dem Ausdruck erscheint ein **m** neben dem geänderten Pad-Ergebnis, auf dem Bildschirm werden die Ergebnisse blau und es erscheint ein **mod** neben dem geänderten Pad-Ergebnis.

Diese Funktion ist nur im Standalone-Modus verfügbar.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens **Include Strip Lot** wird die LOT-Nummer der Urinteststreifen im Bericht der Messergebnisse sichtbar."

3.4.4.8 Automatische Validierung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Ergebnisse nach der Messung automatisch zu validieren.

3.4.5 Übertragen - Einstellungen

In diesem Bereich des Bildschirms können Sie die Eigenschaften der Datenübertragung über die serielle Schnittstelle einstellen.

- Übertragungsmodus: Wählen Sie die Optionsfelder aus, um zwischen den unidirektionalen und den bidirektionalen Übertragungsprotokollen zu wählen.
- Baudrate: Wählen Sie die Optionsfelder aus, um die Übertragungsgeschwindigkeit einzustellen.
- Automatische Übertragung: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit das System nach jeder abgeschlossenen Messung unabhängig davon, ob das Ergebnis positiv oder negativ ist, automatisch alle Messdatensätze überträgt.

- ① *Wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu Datenübertragungsprotokollen zu erhalten.*
- ① *Die Einrichtung der Übertragung ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen **Sediment-Analyser** auf der Registerkarte **Messen** deaktiviert lassen.*

3.4.6 Startseiten-Einstellungen

Abbildung 13: Die Registerkarte Start-Seite im Menü Einstellungen

3.4.6.1 Labor

Der in dieses Textfeld eingegebene Text wird in gedruckten Berichten, in unidirektionalen Übertragungsdaten und in exportierten und in exportierten Probenberichten als Laboridentifikation angezeigt.

3.4.6.2 Datum/Uhrzeit

Set the current time and date, and your preferred time and date format.

3.4.6.3 Sprache

Wählen Sie die Optionsfelder aus, um Ihre bevorzugte Sprache für die Anwenderoberfläche einzustellen. Die Einstellung wird übernommen, sobald Sie auf EINSTELLUNGEN SPEICHERN tippen.

3.4.6.4 Aktualis



Wenn ein Software-Upgrade für LabUMat 2 verfügbar ist, erhalten Sie von Ihrem Händler die neue Softwareversion. Um die Software des LabUMat 2 zu aktualisieren, stecken Sie den USB-Stick, den Sie von Ihrem Händler erhalten haben, in einen der USB-Anschlüsse des Geräts ein und tippen Sie auf die Schaltfläche AKTUALIS. Es ist keine weitere Aktion des Anwenders erforderlich. Der Aktualisierungsvorgang kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Danach wird das System neu gestartet.

① *Der Aktualisierungsvorgang wirkt sich nicht auf Ihre persönlichen Einstellungen aus.*

⚠ **Wenn Sie Ihr Gerät nach der Aktualisierung erstmalig einschalten, tippen Sie erst dann auf eine Schaltfläche, wenn die Meldung „Software-Upgrade erfolgreich!“ angezeigt wird.**

3.4.6.5 Abmeldung



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu einem Bediener-Anwenderkonto mit eingeschränkten Anwenderrechten zurückzukehren. Anwender der Bedienerebene haben nur Zugriff auf die Registerkarte Messen im Menü Einstellungen.

① *Nach dem Abmelden müssen Sie ein gültiges Kennwort eingeben, um sich als Anwender der Administratorebene anzumelden.*

3.4.6.6 Passwort ändern



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um das aktuell gültige Kennwort für das Anwenderkonto zu ändern, bei dem Sie derzeit angemeldet sind. Nur Benutzer, die als Administratoren angemeldet sind, können das Administratorkennwort ändern.

Geben Sie in dem sich öffnenden Popup-Fenster das ursprüngliche Kennwort und dann das neue Kennwort ein und tippen Sie auf OK.




Abbildung 14: Das Popup-Fenster zur Kennwortänderung

3.4.6.7 Standard-Einstellungen laden



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Einstellungen und Werte, die Sie im gesamten System geändert haben, auf ihre Standardwerte zurückzusetzen.

3.4.6.8 Einstellungen speichern



Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die vorgenommenen Änderungen zu speichern.

3.5 Allgemein




Abbildung 15: Das Menü Allgemein

3.5.1 Info



In diesem Fenster werden alle Software- und Firmware-Versionsnummern verschiedener Module angezeigt, die aktuell in Ihrem LabUMat 2 angezeigt werden.

3.5.2 Qualitätskontrolle



Sie können die Leistung Ihres LabUMat 2 mithilfe des integrierten Qualitätskontrollverfahrens überwachen. In diesem Menü werden alle Informationen und Parameter zur Qualitätskontrollmessungen erfasst.

Tippen Sie auf die Schaltfläche QK, um auf die Einstellungen für die Qualitätskontrolle zuzugreifen, die im Folgenden beschrieben werden.

3.5.2.1 Überblick über die QK

Niedriger Level			
Charge/	LOT	Verfall	
Lösung:			
Lot-Name:			
Verfall:			
Testfeld	Min.	Max.	
BIL	-		
SG	-		
UBG	-		
KET	-		
ASC	-		
GLU	-		
PRO	-		
BLD	-		
PH	-		
NIT	-		
LEU	-		

Hoher Level			
Charge/	LOT	Verfall	
Lösung:			
Lot-Name:			
Verfall:			
Testfeld	Min.	Max.	
BIL	-		
SG	-		
UBG	-		
KET	-		
ASC	-		
GLU	-		
PRO	-		
BLD	-		
PH	-		
NIT	-		
LEU	-		

START QK

Gerät ist bereit | Service | Abfall:16 | 02.11.2022 12:58:26

Abbildung 16: Das Setup-Menü für die Qualitätskontrolle

Es gibt zwei Arten von Kontrolllösungen innerhalb eines Sets: eine Lösung zur Nachahmung einer normalen Urinprobe (Niedriger Level) und eine zur Nachahmung einer abnormalen (Hoher Level) Urinprobe. Normale Kontrolllösungen enthalten keine chemischen Komponenten, die das Analysegerät erkennen kann, während eine abnormale Kontrolllösung - wie anormaler - wie anormaler Urin - chemische

Analyten in einer bestimmten Konzentration enthält. Während der Qualitätskontrolle analysiert das Gerät zuerst die normale, dann die abnormale Kontrolllösung und vergleicht die Ergebnisse mit den voreingestellten Analytkonzentrationen für das gegebene Kontrolllösungs-LOT. Qualitätskontrollmessungen von Kontrolllösungen mit niedrigem Level und hohem Level sind erfolgreich, wenn alle überprüften Parameter innerhalb der in den Grenzwerttabellen angegebenen Werte liegen.

3.5.2.2 Qualitätskontrolleinstellungen

Das Menü „QK-Einstellungen“ ermöglicht Ihnen die Erfassung und Verwaltung all Ihrer Qualitätskontrolllösungen an einem einzigen Ort.

1 Tippen Sie auf die Schaltfläche  im Bildschirmbereich „Niedriger Level“, um im daraufhin angezeigten Popup-Fenster die Details für eine normale Kontrolllösung einzugeben.

2 Wählen Sie im Dropdown-Menü den Typ der verwendeten Kontrolllösung aus (nur die aufgeführten Kontrolllösungen können verwendet werden).

3 Ermitteln Sie die LOT-Nummer und das Verfallsdatum auf der Verpackung der Lösung oder auf der Packungsbeilage und geben Sie diese Details ein.

4 Beachten Sie die auf der Packungsbeilage angegebenen Annahmebereiche und geben Sie die minimalen und maximalen frei wählbaren Werte für jeden Parameter des angegebenen Lösungs-LOTs des niedrigen Levels an, indem Sie auf die Drehschaltflächen in den Spalten „Min.“ und „Max.“ tippen.

i *Der Maximalwert darf nicht unter dem Minimalwert für einen Parameter liegen.*

5 Speichern Sie Ihre Änderungen, indem Sie auf das grüne Häkchen tippen, und führen Sie die Schritte 1 bis 4 für Ihre anormale Kontrolllösung aus.

6 Verwenden Sie die Schaltflächen  (Bearbeiten) und  (Löschen), um Ihre Kontrolllösungs-LOTs zu verwalten.

i *Wenn Sie ein Kontroll-LOT löschen, werden auch alle zugehörigen Qualitätskontrolldatensätze aus der Datenbank gelöscht.*

3.5.2.3 Starten einer QK-Messung

i *Die folgenden Qualitätskontrolllösungen sind mit dem System kompatibel: Quantimetrix Dip and Spin, Bio-Rad Liquichek*

1 Gießen Sie mindestens 2 Milliliter der beiden Kontrolllösungen in zwei separate Teströhrchen und stellen Sie sie in ein Rack auf dem Rack-Förderer.

2 Wählen Sie das Kontrolllösungs-LOT, das Sie verwenden möchten, in der Liste aus. Tippen Sie auf die Schaltfläche , um das ausgewählte LOT zu


aktivieren. Tippen Sie auf die Schaltfläche START QK.

3 Das System fordert Sie auf, das mit der Kontrolllösung für den niedrigen Level (Level 1) gefüllte Teströhrchen einzusetzen. Dann fordert es Sie auf, das Teströhrchen mit dem Kontrolllösung für den hohen Level (Level 2) einzusetzen. Setzen Sie das Rack mit den von Ihnen vorbereiteten Kontrolllösungen ein und tippen Sie im Dialogfeld auf OK.

4 Das Analysegerät wechselt zum Menü „Messung“ und führt die Kontrollmessungen aus, die mit der Analyse der Urinprobe identisch sind. Die Datensätze der beiden Kontrollmessungen werden benannt und in der Datenbank als QC_LOW bzw. QC_HIGH gespeichert.

5 Wenn die Kontrollmessungen abgeschlossen sind, wird eine Meldung angezeigt, ob die Kontrolle erfolgreich war oder nicht. Erfolgreiche und fehlgeschlagene QK-Messungen werden in der Probenliste mit  bzw.  gekennzeichnet. Der Erfolg oder Misserfolg der QK-Tests wird auch in ihren Kommentaren angegeben.

3.5.3 Levey-Jennings-Karten



Alle QC-Ergebnisse können in einem Levey-Jennings-Diagramm angezeigt und überprüft werden. Wählen Sie die Kontrolllösung, die LOT-Nummer und den Parameter, um die Karte für Low Level und High Level anzuzeigen. Das Ergebnis kann durch Tippen auf die Schaltfläche "DRUCKEN" ausgedruckt werden.




Abbildung 17: Levey-Jennings Charts of the QC measurements

3.5.4 Fehlersuche




Diagnostik: Klicken Sie im Dialogfeld auf die Schaltfläche "DIAGNOSTIC", um einen Statusbericht der Software- und Treiberversionen sowie die aktuellen Einstellungen des Geräts zu erstellen. Dieser wird im Ordner gespeichert den Sie im Popup-Fenster für den Dateipfad angeben.

ⓘ Die Erstellung des Berichts kann bis zu mehreren Minuten dauern, während derer das System nicht reagiert.



Es wird dringend empfohlen, jedes Mal, wenn ein Problem auftritt oder die Software aktualisiert wird, einen Diagnosebericht zu erstellen und diesen an Ihren Händler zur Auswertung zu senden.




Rohdaten: Wenn Sie Unregelmäßigkeiten bei der Auswertung feststellen, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Informationen zum Messvorgang in einer passwortgeschützten Zip-Datei in einem ausgewählten Ordner zu speichern. Schicken Sie es zur Untersuchung an Ihren Händler.

3.5.5 Desinfektion



Desinfektion: Mit dieser Schaltfläche können Sie den Desinfektionsspülvorgang starten. Ausführlichere Informationen finden Sie im Kapitel **5 Wartung**.

3.5.6 Arbeitslisteneditor



Arbeitsliste: Im Arbeitslisteneditor können die Namen der Patienten vor Beginn der Messung in eine Liste eingetragen werden. Während der Messung entnimmt der LabUMat 2 nacheinander die Namen aus der Arbeitsliste und weist sie gemäß der Reihenfolge der Namen in der Liste oder gemäß den identifizierenden Barcodes (falls diese Funktion aktiviert ist) automatisch den Testergebnissen zu. Um den Arbeitslisteneditor zu starten, tippen Sie auf die Schaltfläche Arbeitsliste.



Abbildung 18: Das Popup-Fenster „Arbeitsliste“ mit all seinen Funktionsschaltflächen


Legende zu Abbildung 18:

- Neu: Mit dieser Schaltfläche können ein neuer Barcode und ein Patienten-Name zur Arbeitsliste hinzugefügt werden.
- Ändern: Mit dieser Schaltfläche kann das ausgewählte Arbeitslistenelement geändert werden.
- Anwenden/Annullieren: Änderungen können angewendet oder annulliert werden.
- Alles auswählen: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um jedes Element in der Liste auszuwählen.
- Löschen: Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die ausgewählten Elemente aus der Arbeitsliste zu löschen.

In diesem Fenster kann auch eingestellt werden, ob Patienten-Namen entsprechend ihrer Reihenfolge in der Liste oder anhand der identifizierenden Barcodes den Messergebnissen zugewiesen werden sollen. Die gewünschte Zuweisungsart wird mit Hilfe der Optionsfelder ausgewählt.


Das Scrollen zwischen den Elementen erfolgt auf genau dieselbe Weise wie im Menü „Daten“. Die Auswahl der Elemente ist ebenfalls ähnlich.

3.5.7 Streifentyp



Tippen Sie auf die Schaltfläche STREIFEN TYP, um den aktuell verwendeten Reagenzstreifen zu ändern. Wählen Sie den Streifentyp aus der Liste im Pop-up-Fenster aus, tippen Sie auf OK, entnehmen Sie die bisher verwendeten Streifen aus dem Behälter für ungenutzte Streifen und füllen Sie den neuen Streifentyp in die Zuführung ein.

3.5.8 PMC Anwenderkalibrierung



Es empfiehlt sich, einmal monatlich eine PMC Anwenderkalibrierung durchzuführen. Tippen Sie hierzu auf die Schaltfläche START, um die physikalische Messzelle (PMC) mit destilliertem Wasser neu zu kalibrieren.

⚠ Stellen Sie sicher, dass beide Flüssigkeitstanks an das System angeschlossen sind, bevor Sie die PMC-Kalibrierung beginnen.

Tippen Sie auf die Schaltfläche START. Das System misst das spezifische Gewicht des Wassers und vergleicht es mit einer werkseitigen Voreinstellung. Wenn die Kalibrierung erfolgreich ist, ändern es seine Standardkalibrierung.

⚠ Wenn die Anwenderkalibrierung fehlschlägt, wenden Sie sich an den technischen Support von 77 Elektronik Kft..

3.5.9 Streifen-Registrierung

⚠ Das LabUMat 2 Analysegerät kann nur mit ordnungsgemäß registrierten LabStrip U11 Plus GL- und LabStrip U12 mALB/CREA-Teststreifen betrieben werden.



Das LabUMat 2-System kann den Analyseprozess auf der Grundlage der chargenspezifischen, mit den Teststreifen zusammenhängenden Daten optimieren, die in den Registrierungscode in jedem Fläschchen mit LabStrip U11 Plus GL- und LabStrip U12 mALB/CREA-Teststreifen gespeichert sind. Der Registrierungscode enthält auch das Verfallsdatum, die LOT-Nummer und die maximal zulässige Anzahl von Messungen für das angegebene Teststreifen-LOT.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Registrierungscode-Karte, die Sie bei der Streifenregistrierung verwenden, dem Fläschchen mit den Teststreifen entspricht, die Sie verwenden möchten.

- 1** Tippen Sie auf die Schaltfläche ANMELDUNG.
- 2** Setzen Sie die Registrierungscode-Karte (mit LabUMat 2 gekennzeichnet) so in den Rack-Förderer ein, dass der 2D-Barcode nach rechts zeigt ([Abbildung 19](#)).
- 3** Warten Sie, bis der integrierte Barcode-Scanner den Registrierungscode gelesen hat. Dies wird durch einen kurzen Piepton signalisiert. Das System zeigt auch eine Meldung bezüglich des Erfolgs bzw. Misserfolgs der Streifenregistrierung an.

- ① Nach einer erfolgreichen Streifenregistrierung, erhöht sich die Anzahl der verfügbaren Streifen, die im Menü **Messung** angezeigt wird, um die Anzahl der Streifen, die im Registrierungscode gespeichert sind.




Abbildung 19: Verwendung der Registrierungscode--Karte zum Registrieren neuer Streifen

⚠ Jede Registrierungscode-Karte kann nur einmal verwendet werden.

3.5.10 Verlauf

Tippen Sie auf die Schaltfläche "Verlauf", um die registrierten Teststreifen mit ihrer LOT-Nummer, dem Verfallsdatum, dem Datum der Registrierung, der letzten Zählung der registrierten Teststreifen und der Anzahl der registrierten Teststreifen anzeigen zu lassen.

Registered Strips					
Strip LOT	Expires	Registered	End of Use	Count	Used
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:16 AM	6/6/2019 9:55:27 AM	150	5
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:20 AM	6/6/2019 9:55:30 AM	150	0
1234/5678	6/30/2021	6/6/2019 9:55:23 AM	6/6/2019 7:51:04 PM	150	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:07 PM		3	2
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:10 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:14 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:18 PM		3	0
MANY/LOTZ	6/30/2021	6/6/2019 7:51:21 PM		3	0

Abbildung 20: Angaben zu den registrierten Teststreifen

4 BEDIENUNG

4.1 Probenentnahme und -vorbereitung

Empfohlen wird der erste Morgenurin. Sammeln Sie den Mittelstrahlurin in einem sauberen, trockenen Behälter und füllen Sie ihn vor der Messung in ein Reagenzglas um.

Verwenden Sie frischen, gut gemischten, nicht zentrifugierten Urin. Führen Sie die Urinanalyse innerhalb von 2 Stunden nach der Probennahme durch. Wenn eine sofortige Analyse nicht möglich ist, sollte die Probe im Kühlschrank (+2 bis +8 °C) gelagert und dann vor der Analyse auf Raumtemperatur (+15 bis +25 °C) gebracht werden. Bei nicht konserviertem Urin kann es bei Raumtemperatur zu Zelllyse und Bakterienwachstum kommen, was zu falschen Ergebnissen führt. Halten Sie Urin von Licht fern.

4.2 Einlegen von Streifen in LabUMat 2

Der LabUMat 2 wird mit Einweg-Reagenz-Urinstreifen betrieben. Die Streifen werden in Fläschchen mit jeweils 150 Streifen geliefert. Bevor Sie einen Messzyklus starten können, müssen Sie Streifen in das Gerät einlegen. Bis zu zwei Fläschchen Teststreifen können gleichzeitig in das Gerät eingelegt werden.

- ① *Stabilität im Gerät: Die Qualität der Teststreifen, die Sie in das Analysegerät eingelegt haben, aber nicht aufgebraucht wurden, bleibt unter normalen Betriebsbedingungen für 24 Stunden erhalten* (👉 **9 Technische Daten**).

Öffnen Sie die Türen des Geräts und nehmen Sie den Streifenlader-Zylinder des LabUMat 2 heraus, indem Sie ihn nach links drehen und herausziehen (siehe Bilder unten).




Abbildung 21: Entfernen des Streifenlader-Zylinders

Öffnen Sie nach dem Entfernen des Streifenlader-Zylinders die Verriegelung, indem Sie sie nach rechts drehen. Ziehen Sie die Kappe heraus.




Abbildung 22: Öffnen des Streifenlader-Zylinders

Füllen Sie die Streifen aus dem Fläschchen ein. Schieben Sie den oberen Teil des Fläschchens dabei in den Deckel, damit das Trockenmittel die Streifen vor der Luftfeuchtigkeit schützt. Schließen Sie den Zylinder, indem Sie die Verriegelung nach links drehen.




Abbildung 23: Laden von Teststreifen und Trockenmittel in den Streifenlader-Zylinder

Schieben Sie den Streifenlader-Zylinder in seine ursprüngliche Position und drehen Sie ihn nach rechts, um das Gerät schließen zu können. (Es gibt nur eine mögliche Ausrichtung, um den Zylinder ordnungsgemäß wiedereinzusetzen und das Gerät zu schließen.) Werfen Sie das Teststreifen-Fläschchen nicht weg, da nicht verwendete Streifen am Ende der Messung mit dem LabUMat 2 zurückgelegt werden sollten.

Die neueste Version des LabUMat 2 PRO kann 300 Streifen (2 Fläschchen mit je 150 Streifen) aufnehmen. Es kann jeweils eine Ampulle mit 150 Streifen in den Streifenladebehälter eingesetzt werden. Nachdem die Verriegelung geschlossen ist und die Streifen in die Zuführtrommel fallen, kann das zweite Fläschchen mit Streifen eingelegt werden.

- Verwendung des Onboard-Stabilitätssets

Ein neues Zubehörteil für LabUMat 2 ermöglicht es dem Benutzer, die Haltbarkeit der Teststreifen im Gerät auf bis zu 2 Wochen zu erhöhen. Das Kit zur Verlängerung der Haltbarkeit im Gerät besteht aus einer Verschlusskappe und einem Trockenmittelhalter. Trockenmittelpackungen werden ebenfalls benötigt und können bei 77 Elektronika Kft. bestellt werden. Der neue Halter ist größer als der zum Gerät gehörende Halter und ermöglicht es dem Benutzer, mehr Trockenmittel darin zu platzieren.



Abbildung 24: Das Onboard-Stabilitätsset mit Trockenmittel

Wenn Sie es verwenden möchten, beenden Sie zunächst den Ladevorgang wie oben beschrieben. Nachdem Sie den Deckel verschlossen haben und die Streifen auf die Ladetrommel gefallen sind, befüllen Sie das größere Trockenmittelfach des neuen Onboard-Stabilitätssets mit Trockenmittel. Setzen Sie den neuen Deckel darauf. Entriegeln und entfernen Sie den Ladezylinder und öffnen und entfernen Sie den Deckel. Ersetzen Sie den herkömmlichen Deckel durch das Onboard-Stabilitätsset mit Trockenmittel, schieben Sie den Zylinder zurück und verschließen Sie ihn.

Mit 100g Trockenmittel (2 Päckchen) bleibt die Stabilität der Streifen bei Zimmertemperatur 14 Tage lang erhalten.

Später, wenn Sie lediglich neue Streifen einfüllen möchten, können Sie den neuen Deckel ohne Trockenmittelfach verwenden.

⚠ Das Analysegerät kann nur mit speziell für den LabUMat 2 entwickelten Teststreifen betrieben werden, die vom Hersteller des Analysegeräts geliefert werden.

⚠ Die Streifen sind für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Verwenden Sie niemals gebrauchte Teststreifen.

⚠ Berühren Sie keine neuen, ungenutzten Streifen: Eine Kontamination kann die Bewertung beeinflussen.



Da Urin eine Flüssigkeit menschlichen Ursprungs ist, kann es infektiös sein und biologische Risiken bergen. Handhaben Sie gebrauchte Streifen und Urinverunreinigungen mit Vorsicht. Tragen Sie bei der Bedienung des LabUMat 2 immer Gummihandschuhe oder andere Schutzausrüstung.

4.3 Messung

Um mit dem Testen der Proben zu beginnen, muss der Bediener lediglich die mit Harnproben gefüllten Teströhrchen in den Racks auf den Rack-Förderer stellen und in der Benutzer-Software die Schaltfläche START im Menü Messung anzuklicken. Das Analysegerät führt die Messungen automatisch durch.

 *Der Messmodus Manuell ist ab der SW-Version 3.3 und höher nicht mehr verfügbar.*

 **Das Gerät führt die Messungen kontinuierlich durch und hält nur an, wenn sich keine Proben mehr auf dem Rack-Förderer befinden, die Streifen im Gerät aufgebraucht sind, der Behälter für das destillierte Wasser leer oder der Abfallbehälter bzw. der Festabfallbehälter voll ist oder der Bediener die Schaltfläche Messungen stoppen anklickt.**

 **Der LabUMat 2 erfordert eine Urinprobe von mindestens 2 Millilitern für genaue Analyseergebnisse. Wenn Sie parallele Messungen einrichten, stellen Sie sicher, dass sich für jede Messung eine ausreichende Probemenge in den Teströhrchen befindet.**

4.4 Identifizierung der Testergebnisse

Die Testergebnisse können entweder durch automatisch generierte ID-Nummern, durch an den Teströhrchen angebrachte Barcodes oder durch laufende Nummern identifiziert werden. Alle Identifizierungen können zu einem späteren Zeitpunkt geändert werden, indem Sie die Datensätze im Menü Datenbank mit der Option Ändern umbenennen (d. h. wenn der Barcode fehlt oder nicht richtig gelesen wurde). Die Attribute der möglichen Identifizierungen werden wie folgt entschieden:

- **Automatisch generierte IDs:** Der LabUMat 2 identifiziert Proben anhand ihrer Position. Die ersten drei Ziffern der ID codieren die Nummer des Racks, während die zwei zweiten Ziffern die Position der gemessenen Probe im Rack codieren. Die Nummerierung der Racks kann auf den Racks selbst abgelesen werden.
- **Identifizierung durch Barcode:** Urinproben können durch Barcodes identifiziert werden, wenn Barcodes an den Teströhrchen angebracht werden. Welche Arten von Barcodes verwendet werden können und wie sie auf den Teströhrchen angebracht werden sollen, ist im Kapitel „Anbringen von Barcodes auf den Teströhrchen“ beschrieben.
- **Laufende Nummern:** Die Urinproben der Patienten können auch in der Reihenfolge der in die Racks eingesetzten Teströhrchen anhand einer laufenden Nummer identifiziert werden. Die Startnummer kann unter „Einstellungen/Messung“ angepasst werden.

4.5 Grundlegende Bedienung

Der LabUMat 2 ist sehr einfach zu bedienen, nachdem er für den normalen Betrieb eingerichtet wurde, Streifen in das Gerät eingelegt wurden und das Fluidsystem ordnungsgemäß installiert wurde. Befolgen Sie einfach die unten aufgeführten Anweisungen, um Ihre Laborarbeit mühelos abzuschließen.



Das Gerät darf nur von geschulten Fachkräften verwendet werden.



Tragen Sie bei der Bedienung des LabUMat 2 immer Gummihandschuhe oder andere Schutzkleidung.

1 Überprüfen Sie den Abfallbehälter (WASTE) und leeren Sie ihn gegebenenfalls.
1 Überprüfen Sie den Waschbehälter (WASH) und füllen Sie ggf. Speisewasser auf. Entfernen Sie alle Racks aus dem Rack-Förderer und schalten Sie den LabUMat 2 mit der Starttaste auf der rechten Seite ein. Die Anwendersoftware des LabUMat 2 wird gestartet, die Selbstdiagnose wird automatisch durchgeführt und das Menü „Messung“ wird am Bildschirm angezeigt.

2 Legen Sie Teststreifen in das Analysegerät ein. Registrieren Sie die Streifen bei Bedarf. Bereiten Sie die Urinproben in Teströhrchen vor und setzen Sie die Teströhrchen in die mitgelieferten Racks ein. Wenn Ihre Teströhrchen durch einen Barcode identifiziert werden, stellen Sie sicher, dass die Barcodes zur offenen Seite der Racks zeigen, andernfalls kann der Barcodeleser keine Teströhrchen identifizieren.

3 Stellen Sie die Racks mit den Teströhrchen, die die Urinproben enthalten, auf den Rack-Förderer rechts neben den kleinen schwarzen Stiften auf der rechten Seite des Probennahmebereichs. Stellen Sie sicher, dass die Racks, die Sie auf den Rack-Förderer stellen, mit ihrer offenen Seite nach rechts zeigen. Der LabUMat 2 stellt automatisch den korrekten Rack-Winkel sicher, unmittelbar bevor das Rack den Probennahmebereich erreicht.



Füllen Sie die Teströhrchen mit mindestens 2,0 ml Urin. Für die Messung wird nur ca. 1 ml der Urinprobe verwendet, jedoch ist ein größeres Volumen für die korrekte Durchmischung erforderlich.



Wenn Sie das Analysegerät nicht für den automatischen Export oder die Übertragung der Messergebnisse eingerichtet haben (☞ [3.4.4.2 Automatischer Export](#) und [3.4.5 Übertragen - Einstellungen](#)), können Sie einen Drucker anschließen.

4

Jetzt ist der LabUMat 2 betriebsbereit. Tippen Sie auf die Schaltfläche, um den Messzyklus zu starten.



*Während der Messung kann der Messvorgang auf dem Bildschirm verfolgt werden: Datum, Uhrzeit, Probenposition, ID, Name und Status jedes Streifens werden kontinuierlich angezeigt. Die Ergebnisse der Messungen können im Menü **Daten** eingesehen werden.*

5

Die Messung stoppt automatisch, wenn sich keine weiteren Racks auf dem Rack-Förderer befinden. Sie können jederzeit auf die Schaltfläche „Messung stoppen“ tippen, um die Messung zu stoppen..



*Das Analysegerät hält nicht sofort an. Die Teststreifen, die bereits pipettiert wurden oder kurz vor dem Pipettieren standen, als Sie auf **Messung stoppen** getippt haben, werden verarbeitet, bevor der Messzyklus angehalten wird.*

6

Wenn das letzte Rack nach Abschluss der Messungen noch im Probennahmebereich verbleibt, tippen Sie auf die Schaltfläche Rack-Ausschub, um das Rack zu entfernen.



Versuchen Sie nicht, die Racks manuell aus dem Analysegerät zu entfernen.

7

Tippen Sie auf die Schaltfläche Zuführg. leer, leeren Sie die ungenutzten Streifen in ihre ursprünglichen Röhrchen und schließen Sie das Röhrchen mit der Kappe. Öffnen Sie den gebrauchten Behälter mit den benutzten Streifen auf der rechten Seite des Analysegeräts und leeren Sie ihn. Es wird auch empfohlen, es am Ende jedes Tages abzuspülen.

8

Um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten, tippen Sie auf die Schaltfläche Verlassen.



Bevor Sie das Analysegerät am Ende eines Tages ausschalten, ist eine Desinfektionsspülung erforderlich (☞ [3.5.5 Desinfektion](#)).

9

Schalten Sie das Analysegerät mit dem Hauptschalter an der rechten unteren Gehäuseabdeckung aus. Reinigen Sie das Gerät am Ende eines jeden Tages (☞ [5 Wartung](#)).

4.5.1 Mit der Grundbedienung zusammenhängende Fehlerbehebung

 Das Analysegerät startet nicht oder stoppt automatisch, wenn...	...keine zu messenden Teströhrchen mehr vorhanden sind.
	...keine Teststreifen mehr vorhanden sind.
	...kein Speisewasser mehr vorhanden ist.
	...der Behälter für benutzte Streifen voll ist.
	...der Abfallbehälter voll ist.
	...die Arbeitsliste aktiviert ist und alle Arbeitslistenelemente verarbeitet wurden.
	...der Rack-Förderer voll ist.

-  **Der LabUMat 2 kann nur mit den vom Hersteller des Geräts gelieferten, speziellen Teststreifen betrieben werden.**
-  **Berühren Sie niemals den Rack-Förderer während des Betriebs, wenn Racks mit Teströhrchen darauf befinden.**
-  **Verwenden Sie nur Einweg-Röhrchen! Spülen Sie Einweg-Teströhrchen nicht und verwenden Sie Einweg-Teströhrchen nicht wieder!**
-  **Der Messvorgang wird angehalten, wenn während des Betriebs Probleme auftreten. Ziehen Sie bei einem Fehler [6 Fehlermeldungen, Fehlerbehebung](#) zu Rate.**
-  **Schalten Sie das Gerät niemals während des Messvorgangs mit dem Hauptschalter an der rechten unteren Gehäuseabdeckung aus. Beenden Sie die Software immer, indem Sie auf die Schaltfläche Verlassen tippen, bevor Sie das Analysegerät vollständig ausschalten.**
-  **Führen Sie immer eine Desinfektionsspülung durch, bevor Sie am Ende des Tages das Analysegerät ausschalten.**
-  **Greifen Sie während des Betriebs nicht unter den vorderen Türen in das Analysegerät! Sich bewegende Teile (automatische Streifenzuführung, automatische Sonde und Pipettiereinheit können gefährlich sein und bei Nichtbeachtung dieser Anweisung zu Verletzungen führen!**
-  **Berühren Sie nicht die Teile des Analysegeräts, die mit dem Symbol für elektrostatische Entladung (ESD) gekennzeichnet sind.**

4.6 Pädiatriemodus

Um kleine Probenmengen zu analysieren, muss der Benutzer den Pädiatriemodus auf der Registerkarte **Einstellungen/Messung** aktivieren. Bei eingeschaltetem Betrieb muss der pädiatrische Modus auch am chemischen Analysator aktiviert werden. Im pädiatrischen Messmodus kann das Analysegerät Proben aus normalen oder pädiatrischen Röhrchen messen.

4.6.1 Rohrtypen:

- Normales Rohr: Wie im Benutzerhandbuch beschrieben.
- Pädiatrische Röhre: Biosigma, Code U9030, Konische Röhrchen 6,5 ml.

4.6.2 Mindestprobenvolumina

	UriSed 3 PRO	LabUMat 2	Angeschlossener Modus
Reguläres Röhrchen	1 ml	1 ml	1.25 ml
Pädiatrisches Röhrchen	0.8 ml	0.8 ml	1 ml
Aufgesaugtes Volumen	400 µl	250 µl	650 µl

4.6.3 Aktivieren des pädiatrischen Modus

1. Gehen Sie auf die Registerkarte **Einstellungen/Messung**.
2. Markieren Sie den Modus **Pädiatrie** im Feld **Messmodi**.
3. Die Schaltfläche **START PEDIATRIC** erscheint im Menü **Messung**.

4.6.4 Messung kleiner Probenmengen

- ① *Das Gerät kann nur ein Rack auf einmal analysieren.*
1. Homogenisieren Sie die Probe(n).
 2. Legen Sie das Gestell mit dem/den Rohr(en) auf die Gestellfördereinheit.
 3. Tippen Sie auf die Schaltfläche **START PEDIATRIC**.
- ① *Der Modus für pädiatrische Messungen ist auch im verbundenen Modus möglich, aber die Messungen müssen nach der Probenhomogenisierung an beiden Geräten getrennt durchgeführt werden. In dieser Situation können die Ergebnisse immer noch gekoppelt werden.*

4.6.5 Datensätze überprüfen

Die Ergebnisse erscheinen in der Datenbank mit pädiatrischen Markierungen in der Spalte **Norm/Ped**. Der Kommentar **Pädiatriemodus** erscheint in der Kopfzeile **Ausgewählte Probe**.

Die Datenbank kann nach Messungen gefiltert werden, die im pädiatrischen Modus sowohl mit Sediment- als auch mit Keimanalysatoren durchgeführt wurden.

4.7 Gemeinsamer Betrieb des LabUMat 2 und des eines Mikroskopie-Urinalysegeräts.

Der Betrieb eines routinemäßigen Urinalysegeräts wie der LabUMat 2 zusammen mit einem kompatiblen Mikroskopie-Urinalysegeräts bietet zahlreiche Vorteile. Der am häufigsten genutzte Vorteil besteht darin, dass Sie sofort eine detailliertere Analyse der Proben erhalten, die bei der Routineanalyse problematisch waren.

 **Bevor Sie die beiden Analysegeräte als Einheit betreiben können, müssen ihre Rack-Förderer verbunden und ihre Datenbanken vernetzt werden. Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst, wenn Sie Rat benötigen, wie Sie die Analysegeräte anschließen oder beide Systeme vernetzen können.**

 **Bevor Sie die beiden Analysegeräte als Einheit betreiben können, müssen Sie die Datenbanken der beiden Analysatoren vernetzen (👉 [3.4.1.4 Sediment-Analyser](#) und der entsprechenden Abschnitt der Gebrauchsanweisung des Sediment-Analysers). Stellen Sie sicher, dass Sie die entsprechenden Einstellungen an beiden Systemen vornehmen.**

5 WARTUNG

Um Kontamination zu verhindern, muss der LabUMat 2 angemessen gereinigt werden. Verwenden Sie alkoholhaltige Reinigungsmittel und aldehydfreie Desinfektionslösungen (Bakterizid, Fungizid, Virizid).



Da Urin eine Flüssigkeit menschlichen Ursprungs ist, kann es infektiös sein und biologische Risiken bergen. Handhaben Sie benutzte Teststreifen und Urinverunreinigungen mit Vorsicht. Tragen Sie bei der Bedienung des LabUMat 2 immer Gummihandschuhe oder andere Schutzausrüstung.

Führen Sie die folgenden Schritte am Ende jedes Arbeitstages aus, um den LabUMat 2 in einem einwandfreien Zustand zu erhalten:

1 Bevor Sie das Geärt am Ende des Tages ausschalten, füllen Sie 6 ml 2%-ige NaOCl-Lösung (Natriumhypochlorit) in ein Teströhrchen. Entfernen Sie alle verbleibenden Racks mit Teströhrchen aus dem Rack-Förderer und stellen sie nur das Teströhrchen mit der NaOCl-Lösung in ein Rack. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Verlassen“, bestätigen Sie den automatischen Spülvorgang und warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist. Dies sollte ca. 2 Minuten in Anspruch nehmen.

2 Ziehen Sie den Behälter mit den benutzten Streifen auf der rechten Seite des Geräts heraus und leeren Sie ihn. Es wird empfohlen, ihn am Ende jeden Tages mit einer 2 %-igen NaOCl-Lösung und dann mit Wasser zu auszuspülen. Schalten Sie das Analysegerät aus.



Füllen Sie bei einer extremen Verstopfung eine 5 %-ige NaOCl-Lösung (Natriumhypochlorit) anstelle einer 2 %-igen Lösung ein.



Es kann keine Messung gestartet werden, wenn der Behälter für benutzte Streifen voll ist.

3 Leeren Sie den Abwasserbehälter und reinigen Sie ihn mit 2 %-iger Natriumhypochloritlösung. Spülen Sie ihn dann mit Wasser ab.

4 Entfernen Sie den Rack-Förderer zu reinfachen Reinigung mit einem Tuch, das in eine alkoholbasierte, aldehydfreie Desinfektionslösung eingetaucht wurde. Dieser Teil enthält keine elektrischen Teile. Es besteht daher keine Gefahr eines Kurzschlusses beim Eindringen von Flüssigkeit. Das Eintauchen des Rack-Förderers in Wasser wird jedoch nicht empfohlen, da die Lager im Inneren durch das Wasser beschädigt werden.

5 Entfernen Sie die Streifen-Pipettiereinheit und den Streifen-Weiterleitungs-Kamm. Beide können leicht aus dem Geräteinneren entfernt werden.

6 Entfernen Sie die Messeinheit unter dem Messkopf.




Abbildung 25: Entfernen der Pipettiereinheit (im Uhrzeigersinn), des Behälters für benutzte Streifen, der Abtropfschale und des Streifen-Weiterleitungs-Kamms zur Reinigung

7 Reinigen Sie entfernbare Teile mit einer Desinfektionslösung. Die wirksamste Methode zum Reinigen der entfernbaren Teile ist die Verwendung eines Desinfektionssprays (wie etwa Isorapid Spray, Dentiuro Mikro Spray usw.). Anstatt sie zu besprühen, können Sie die entfernbaren Teile auch in einer Alkohol- oder Natriumhypochloritlösung spülen.

⚠ Sprühen Sie nicht in das Analysegerät. Entnehmen Sie die entfernbaren Teile aus dem Analysegerät, bevor Sie sie einsprühen. Verwenden Sie zum Reinigen der internen Teile ein angefeuchtetes Tuch.

⚠ Trocken Sie die entfernbaren Teile, bevor Sie sie wiedereinssetzen.

ⓘ Achten Sie besonders darauf, dass Sie schwer erreichbare Flächen reinigen.

- 8 Ziehen Sie die Abtropfschale unter dem Streifen-Förderer heraus und reinigen Sie sie mit einem in Desinfektionslösung getauchten Tuch.
- 9 Verwenden Sie bei Bedarf auch ein nasses Tuch, um die Abdeckungen zu reinigen.



Schalten Sie das Analysegerät niemals mit dem Hauptschalter auf der Rückseite aus, bevor der automatische Reinigungsvorgang abgeschlossen ist.

6 FEHLERMELDUNGEN, FEHLERBEHEBUNG

6.1 Info Meldungen

Wenn eine Info-Meldung aus der folgenden Liste angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung und tippen Sie auf OK. Einige Meldungen erlöschen sofort, wenn ihre Ursache behoben wurde.

Eine vollständige Liste der Hardware-Warnmeldungen finden Sie in der folgenden Tabelle:

Code	Software-Info-Meldung	Info-Beschreibung
SI0	Drucken im Gange	Drucker belegt.
SI1	Es liegen keine Logs vor.	
SI2	"Datenübertragung erfolgreich"	
SI3	Kennwort erfolgreich geändert	
SI4	"Sie können den Auffangbehälter f. ungenutzte Streifen öffnen"	
SI5	Drucker wird angehalten	
SI6	Hardwarediagnose beendet.	
SI7	Streifen-Registrierung erfolgreich	
SI8	STAT-Probe einsetzen.	
SI9	Messung QK-Level 1 bestanden	
SI10	Messung QK-Level 2 bestanden	
SI11	Achtung! Luftfeuchtigkeit kann Teststreifen im Gerät beschädigen. Vor Durchführung weiterer Messungen Teststreifenkontrolle!	
SI12	{0} / {1} Probe(n) erfolgreich exportiert.	
SI13	{0} / {1} Probe(n) erfolgreich übertragen.	
SI14	{0} / {1} Probe(n) erfolgreich gedruckt.	
SI15	Das Installationsprogramm kann nicht gefunden werden.	Stellen Sie sicher, dass sich das Installationsprogramm im Stammverzeichnis eines Wechseldatenträgers (z.B. eines USB-Speichers) befindet.
SI16	Die QK-Lösung ist abgelaufen	Eine oder beide QK-Lösungen sind abgelaufen. Sie müssen eine neue QK-Lösungskonfiguration für die abgelaufene QK-Lösung bereitstellen. Abgelaufene Lösungs-Levels: {0}

SI17	Vergessen Sie nicht, die Testfeld-Reflex-Regel zu überprüfen, nachdem Sie die Optionen für die Ablaufverfolgungs-Kategorie geändert haben.	Die Änderungen beeinflussen das Ergebnis der von Ihnen aktivierten Testfeld-Reflexbedingung. Es wird empfohlen, noch einmal zu überprüfen, ob die Bedingung noch gilt oder ob die Änderungen in Bezug auf die Ablaufverfolgungskategorien weitere Anpassungen der Bedingung erfordern.
SI18	{0} QK-Proben werden nicht gelöscht.	
SI19	Die angegebene QK-Lösung wird vom Sedimentinstrument nicht unterstützt.	Die ausgewählte QK-Lösung für eine gemeinsame QK-Messung sollte eine Lösung sein, die von beiden Instrumenten erkannt wird.
SI20	Neue Qualitätskontroll-LOT ist abgelaufen.	

6.2 Warnmeldungen

Wenn eine Warnmeldung aus der folgenden Liste angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen zur Fehlerbehebung und tippen Sie auf „OK“. Einige Meldungen erlöschen sofort, wenn ihre Ursache behoben wurde.

6.2.1 Hardware-Warnmeldungen

Code	Hardware-Warnmeldungen	Warnungsbeseitigung
HS14	Ladebehälter nicht eingesetzt.	Bitte setzen Sie den Ladebehälter ein! Sie können die Messung nicht starten.
HS16	Entleerbehälter nicht eingesetzt.	Bitte setzen Sie den Entleerbehälter ein! Sie können die Messung nicht starten.
HS19	Zuführg. leer.	Setzen Sie Streifen in die Zuführung ein!
HS22	Waschbehälter-Warnung.	Bitte achten Sie auf die Waschflüssigkeit!
HS23	Keine Waschflüssigkeit.	Füllen Sie den Waschbehälter auf! Sie können die Messung nicht starten.
HS25	Warnung Abfallkanister.	Bitte achten Sie auf den Abfallkanister!
HS26	Abfalltank voll.	Leeren Sie den Abfallbehälter! Sie können die Messung nicht starten.
HS32	Rack-Förderer voll.	Bitte entnehmen Sie die gemessenen Proben! Sie können die Messung nicht starten.
HS33	Kein Rack.	Bitte bereiten Sie ein neues Rack für den Rack-Förderer vor.
HS36	Linke Tür ist geöffnet.	Bitte schließen Sie die linke Tür! Sie können die Messung nicht starten.
HS38	Rechte Tür ist geöffnet.	Bitte schließen Sie die rechte Tür! Sie können die Messung nicht starten.
HS41	Schublade (Platte) ist ausgefahren.	Setzen Sie die Schublade (Platte) ein! Sie können die Messung nicht starten.
HS48	Kein Papier im Drucker.	Legen Sie Papier in den Drucker ein!
HS49	Druckertür ist geöffnet.	Bitte schließen Sie die Druckertür!

HS63	Kamm ist nicht vorhanden.	Bitte setzen Sie den Kamm ein!
HS64	Keine Pipettiereinheit.	Bitte setzen Sie die Pipettiereinheit ein!
HS79	Zu viel Licht im Photometer.	-
HS80	LED-Fehler im Photometer.	-
HS127	Nicht genug Waschflüssigkeit.	Während der Desinfektion befand sich nicht genügend Waschflüssigkeit im Röhrchen. Wiederholen Sie die Desinfektion mit mehr Waschflüssigkeit. (6ml 2%NaOCl)
HS129	Streifen nicht auf der Pipettierschale gefunden.	
HS139	STAT-Messung beendet. Bitte entfernen Sie das STAT-Rack und drücken Sie OK.	Die STAT-Messung ist beendet. Entfernen Sie bitte das Rack mit der STAT-Probe und drücken Sie OK, um den vorherigen Vorgang fortzusetzen.
HS140	Nicht unterstützter Messkopf erkannt.	Rufen Sie den Kundenservice an, um Unterstützung zu erhalten.
HS150	Bei der Kundencode-Konfiguration ist ein Kommunikationsfehler aufgetreten.	
HS151	Fehlerhafte Konfiguration der Seriennummer des Geräts.	
HS152	Speicherzuweisungsfehler bei der Überprüfung der Kundenkonfiguration.	
HS153	Ungültige Kundencode-Konfigurationsdaten.	

6.2.2 Software-Warnmeldungen

Code	Software-Warnmeldungen	Warnungsbeseitigung
SW0	Messung durch Sedimentanalyser abgelehnt	Stellen Sie sicher, dass der Sedimentationsanalysator bereit ist, eine neue Messung zu starten.
SW1	Arbeitsliste leer	Füllen Sie den Arbeitsvorrat auf oder deaktivieren Sie seine Verwendung
SW2	Alle Arbeitslisten-Posten erledigt	Füllen Sie den Arbeitsvorrat auf oder deaktivieren Sie seine Verwendung
SW4	"Nicht genügend Speicherplatz auf dem Wechseldatenträger"	Freigeben von Speicherplatz auf dem Wechsellaufwerk
SW5	"Kein Wechseldatenträger vorhanden"	Schließen Sie ein USB-Laufwerk oder einer HDD an
SW6	"Auto Export-Pfad nicht ausgewählt"	Wählen Sie den Pfad für den automatischen Export oder deaktivieren Sie die Funktion
SW7	Auto Export-Pfad existiert nicht	Definieren Sie einen Pfad für den automatischen Export oder deaktivieren Sie die Funktion
SW8	Sediment-Analyser nicht bereit	Überprüfen Sie den angeschlossenen Sedimentanalysator
SW20	Wenn die Arbeitsliste aktiviert ist, sind keine parallelen Messungen zugelassen	Deaktivieren Sie die Arbeitslistenfunktion oder setzen Sie die Anzahl der parallelen Messungen auf 1
SW21	Mindestens 1 Testfeld muss aktiviert sein	Aktivieren Sie ein oder mehrere Pads im Pad-Sequenz-Setup
SW22	Parallel-Messungen werden bei erzeugten Proben-IDs nicht unterstützt	Setzen Sie die Anzahl der parallelen Messungen auf 1
SW25	Kein LOT für jeden QK-Level aktiviert	Aktivieren Sie eine Losnummer für jede QC-Stufe
SW26	Alle aktivierten QK-LOTs müssen vom gleichen Typ Lösung sein	Stellen Sie sicher, dass die aktiven QC-Losnummern vom gleichen Lösungstyp stammen
SW27	Keine Qualitätskontroll-LOT aktiv	Aktivieren Sie eine QC-Losnummer
SW28	Qualitätskontroll-LOT bereits in Verwendung	Eine andere QC-Losnummer einstellen
SW29	Warnung Abfallkanister erreicht	
SW30	"QK-Löschen ist nicht verfügbar!"	Ein oder mehrere ausgewählte Posten enthalten QC-Messergebnisse. Aktivieren Sie das Löschen von QC-Ergebnissen in der Benutzersoftware auf der Registerkarte Einstellungen/Funktionen
SW31	Wenig Speicherplatz	

Code	Software-Warnmeldungen	Warnungsbeseitigung
SW32	"Seriennummer des Geräts fehlt"	Legen Sie eine gültige Geräteseriennummer fest
SW33	Ungültige Einstellung Testfeld-Reflexion	Einen anwendbaren und gültigen Pad-Reflex einstellen
SW35	"Streifen Anmeldung erforderlich"	Registrieren Sie neue Streifen in der Benutzersoftware im Menü Allgemein
SW36	Messung QK-Level 1 fehlgeschlagen	
SW37	Messung QK-Level 2 fehlgeschlagen	
SW38	Probe wurde noch nicht validiert! ({0})	Proben nicht validiert: {0}
SW39	Der gemessene Wert des REF-Testfelds hat die Warngrenze erreicht!	Bitte reinigen Sie den Referenzblock!
SW40	S.G. ist ungültig. (Mess-ID: {0})	Das Ergebnis des SG ist ungültig. Bitte prüfen Sie die Probenergebnisse und wiederholen Sie die Messung, falls erforderlich.
SW41	Die Kategorienamen dürfen nicht die Zeichenfolge "_" sein.	Geben Sie einen anderen Namen an, oder fügen Sie dem Kategorienamen ein weiteres Zeichen hinzu.
SW42	Sie müssen das Instrument initialisieren.	Das Gerät befindet sich in einem unsicheren Zustand und muss vor der Wiederaufnahme des Betriebs initialisiert werden.
SW43	Die fehlgeschlagene Probe ({0}) kann nicht validiert werden.	Die Auswahl der Proben umfasste auch eine Probe, die nicht bestanden hat. Wenn Sie die Ergebnisse der Probe validieren müssen, müssen Sie sie erneut messen, um fortzufahren. Fehlgeschlagene Proben: {0}
SW44	Die fehlgeschlagene Probe ({0}) kann nicht übertragen werden.	Die Auswahl der Proben umfasste auch eine Probe, die nicht bestanden hat. Wenn Sie die Probenergebnisse übertragen müssen, müssen Sie sie erneut messen, um fortzufahren. Fehlgeschlagene Proben:{0}
SW45	Die fehlgeschlagene Probe ({0}) kann nicht gedruckt werden.	Die Auswahl der Proben umfasste auch eine Probe, die nicht bestanden hat. Wenn Sie die Probenergebnisse ausdrucken möchten, müssen Sie die Messung wiederholen, um fortzufahren: {0}
SW46	Die fehlgeschlagene oder nicht validierte Probe ({0}) kann nicht exportiert werden.	Die Auswahl der Stichproben umfasste eine Stichprobe, die nicht bestanden oder nicht validiert wurde. Wenn Sie die Probenergebnisse exportieren müssen, müssen Sie sie entweder erneut messen oder validieren, um fortzufahren. Widersprüchliche Proben: {0}
SW47	Der Barcode „{0}“ hat bereits ein Messergebnis.	Für diesen Barcode liegt bereits ein Messergebnis vor. Aus diesem Grund werden der automatische Druck, der Export und der Versand an das LIS nicht durchgeführt. Wenn Sie sie dennoch drucken, exportieren oder an das LIS senden möchten, müssen Sie dies manuell tun.
SW48	Die Reevaluation der folgenden Barcodes wurde abgelehnt: „{0}“	Mögliche Ursachen: Die Probe wurde bereits an einen der Ausgänge gesendet, oder die Probe hat keine Ergebnisse, die neu ausgewertet werden müssen.

Code	Software-Warnmeldungen	Warnungsbeseitigung
SW49	Geringer Speicherplatz für die Diagnose.	Mindestens 500 MB freier Festplattenspeicher erforderlich.
SW50	Die TESTFELD-Reflexeinstellungen sind inkonsistent.	Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Sediment- als auch der chemische Gerät für die Messung mit PAD-Reflex konfiguriert sind, oder schalten Sie die Funktion bei beiden Geräten aus.
SW51	Die Synchronisierung der aktiven QK-Lot-Konfiguration ist fehlgeschlagen.	Vergewissern Sie sich, dass sowohl der chemische Analysator als auch der Sedimentanalysator dieselbe Art von Lösungstyp und Lot definieren.
SW52	Uneinheitliche Generiervverfahren für die Mess-ID.	Vergewissern Sie sich, dass sowohl das Sediment- als auch das chemische Messgerät so konfiguriert sind, dass sie entweder den Barcode verwenden oder eine Sequenznummer für die Messwert-ID erzeugen.
SW53	Die angegebene IP-Adresse ist ungültig.	Die Host-IP-Adresse für das LIS muss als vier durch einen Punkt getrennte Zahlen im Bereich von 0 bis 255 angegeben werden.
SW54	Der Host-IP-Port ist ungültig.	Der Host-IP-Anschluss für das LIS muss eine Zahl zwischen 1 und 65.535 sein.
SW55	Zweimal dieselben Kategorienamen auf einem Testfeld.	Beim Festlegen der benutzerdefinierten Kategorienamen haben Sie denselben Namen für zwei verschiedene Kategorien auf demselben Pad gewählt.
SW56	Die Probe konnte nicht automatisch exportiert werden, da Zielfad existiert.	Vergewissern Sie sich, dass das Laufwerk richtig im Gerät sitzt. Warten Sie, bis die Messung abgeschlossen ist, wenn die Tür geöffnet werden muss.
SW57	N/A	N/A
SW58	Das Muster "{0}" konnte nicht gedruckt werden: Das Papier ist alle.	Das Muster "{0}" konnte nicht gedruckt werden, weil der Drucker kein Papier mehr hatte. Legen Sie das Papier wieder in den Drucker ein, um den Druckvorgang fortzusetzen.
SW59	Die installierte Firmware-Version ist größer als die bereitgestellte Version der Firmware-Datei (Karte {0:D}: {1}; Firmware-Datei: {2})	Wenden Sie sich an den örtlichen Kundendienst, um Hilfe zu erhalten.
SW60	QC-Probe kann nicht gelöscht werden	Die ausgewählte(n) Probe(n) enthalten die letzten QC-Messungen, die nicht gelöscht werden können.
SW61	Das QC-Los kann nicht gelöscht werden, solange sich die letzte QC-Probe in der Datenbank befindet.	Die letzte QC-Probe bezieht sich auf das QC-Los, das zur Löschung ausgewählt wurde.
SW62	Einige Messungen sind fehlgeschlagen: {0} Siehe Details für die Liste der fehlgeschlagenen Proben.	Die folgenden Probenmessungen sind fehlgeschlagen: {1}
SW63	Es kann keine parallele Messung mit Hostabfrage gestartet werden.	
SW64	QC-Diagramme können nicht gedruckt werden; es sind nicht alle QC-Lose ausgewählt.	

6.3 Fehlermeldungen

Während des Betriebs überprüft ein Kontrollprogramm die Betriebsbedingungen, die für die ordnungsgemäße Ausführung jeder Funktion erforderlich sind. Wenn die Überprüfung mit dem Hinweis auf ein Problem endet, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Fehlermeldungen beziehen sich entweder auf Hardware- oder Softwarefehler.

6.3.1 Hardwarebezogene Fehlermeldungen

Wenn eine hardwarebezogene Fehlermeldung angezeigt wird, tippen Sie im Fenster „Messung“ auf die Schaltfläche „Init.“. In einigen Fällen wird das Problem durch die Initialisierung des LabUMat 2 automatisch behoben. Falls nicht, versuchen Sie, das Analysegerät aus- und wieder einzuschalten. Ein Hardware-Reset kann zur Lösung des Problems beitragen.

Wenn der Fehler weiterhin besteht, notieren Sie sich den Fehlercode und den genauen Wortlaut der Meldung und wenden Sie sich an den Produktsupport.

6.3.2 Software-Fehlermeldungen

Code	Software-Fehlermeldungen	Fehlerbehebung
SE2	Aktualisierung Kommando-Fehler	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE3	Fehler Flash-Löschung	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE4	Fehler File (mhx)-Aktualisierung	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE5	Fehler Flash-Speicher	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE6	Upgrade File (mhx) nicht gefunden	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE7	Kein Prozessor	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE8	Schreibfehler Flash-Upgrade	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE10	Anmeldung misslungen. Falscher Benutzername oder Passwort	Starten Sie die Anwendung neu. Wenn der Neustart nicht erfolgreich ist, aktualisieren Sie die Modulplatinen in der Service-Software im Menü "Card setup".
SE12	Kann nächste Probe nicht exportieren	Vergewissern Sie sich, dass das angeschlossene USB-Gerät erkannt wird und ausreichend freier Speicherplatz vorhanden ist
SE13	"Benutzername und Passwort müssen unterschiedlich sein"	Wählen Sie ein anderes Passwort
SE14	Voriges Passwort falsch	Geben Sie das korrekte vorherige Passwort ein
SE15	Minimale Kennwortlänge beträgt fünf (5) Zeichen	Wählen Sie ein Passwort mit mindestens 5 Zeichen für mehr Sicherheit
SE16	Wieder-eingegebenes Passwort stimmt nicht mit dem neuem Passwort überein	Geben Sie die neuen Kennwörter erneut ein
SE17	"Dieser Anwendername ist bereits in Verwendung"	Wählen Sie einen anderen Benutzernamen
SE18	Benutzername zu kurz	Nutzernamen müssen mindestens 2 Zeichen lang sein
SE19	"Dieser Anwendername ist bereits in Verwendung"	Bitte geben Sie einen anderen Benutzernamen ein!
SE20	Benutzername zu kurz	Nutzernamen müssen mindestens 2 Zeichen lang sein

Code	Software-Fehlermeldungen	Fehlerbehebung
SE21	Sie dürfen Ihr eigenes Account nicht löschen!	Sie können sich nicht selbst löschen!
SE22	LIS-Verbindung Fehler!	Überprüfen Sie die Verbindung zum LIS
SE24	IO-Fehler File während Kopieren Logs	Überprüfen Sie das angeschlossene USB-Gerät
SE25	Abfalltank voll	Leeren Sie den Mülleimer
SE26	IO-Fehler File	Prüfen Sie den Wechseldatenträger
SE27	Diagnostik-Fehler	Wiederholen Sie die Diagnose
SE28	Messungs-ID wird verwendet	
SE29	Fehler IO-File!	
SE30	"Streifen Registrierungscode abgelaufen"	Einen neuen Code registrieren
SE31	"Unbekannter Registrierungscode"	
SE32	"Registrierungs-Code nicht erkannt"	Wiederholen Sie die Registrierung
SE33	Ungültiger Registrierungscode	Der Registrierungscode wird nicht erkannt. Prüfen Sie, ob der Barcode sichtbar ist, und versuchen Sie es erneut, oder verwenden Sie einen anderen Code.
SE34	Der gemessene Wert des REF-Testfelds hat die Fehlergrenze erreicht!	Bitte tauschen Sie das Messkopfmódul aus!
SE38	Error on barcode reading!	Beim Lesen des Barcodes ist ein Fehler aufgetreten.
SE39	N/A	N/A
SE40	Das neue Passwort muss sich von dem alten unterscheiden.	Bitte wählen Sie ein anderes Passwort.
SE41	Softwarefehler bei der Reevaluation	Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst. Proben sind fehlgeschlagen:
SE42	Das Arbeitslistenelement ist leer.	Sie müssen mindestens die ID, den Patientennamen oder einen Kommentar angeben.
SE43	Der Vorgang kann nicht abgeschlossen werden, da sich das Gerät im Servicemodus befindet.	Rufen Sie den Kundendienst an, um Hilfe zu erhalten.
SE44	E/A-Operation während des Auto-exports fehlgeschlagen.	Prüfen Sie, ob das externe Laufwerk noch genügend Speicherplatz hat, ob es schreibgeschützt ist, ob es beschädigt oder entfernt wurde, usw.
SE45	Die Seriennummer fehlt.	Rufen Sie den örtlichen Kundendienst an, um die Seriennummer wieder in das System einzugeben.
SE46	Es gibt kein gültiges QC-Messungspaar.	Bitte führen Sie QC-Messungen durch. Patientenprobenmessungen können erst nach einer gültigen QC-Messung gestartet werden.
SE47	Ungültiger Registrierungscode	Der Registrierungscode wird bereits verwendet. Verwenden Sie einen anderen Code.

Code	Software-Fehlermeldungen	Fehlerbehebung
SE48	Das Limit für die Strip-Registrierung ist erreicht. Die Grenze liegt bei 99.999	

Code	Software-Ausnahme-Meldung	Fehlerbeschreibung/ Beseitigungsmaßnahme
SX0	Software-Ausnahme	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX1	Kompaktieren Datenbank gescheitert	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX2	Karten Aktualisierung-Fehler	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX3	Ungültiger Messkopf	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX4	N/A	
SX5	Erstellen der Datenbank fehlgeschlagen.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX6	Es kann keine Verbindung zur Datenbank hergestellt werden.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX7	Vorbereiten der Datenbank fehlgeschlagen.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX8	Löschen der Datenbank fehlgeschlagen.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX9	Bereinigen der Datenbank fehlgeschlagen.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.
SX10	Initialisieren des Datenbankmoduls fehlgeschlagen.	Starten Sie den Analysator neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, kontaktieren Sie den Produktsupport.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können oder eine andere Fehlermeldung angezeigt wird, wenden Sie sich an den Produktsupport. Das Gerät darf nur von speziell geschultem Servicepersonal repariert werden.



Versuchen Sie nicht, das Gerät ohne die Hilfe eines Fachmanns zu reparieren.

6.4 Mögliche Messfehler

Während der Messungen zeigt der LabUMat 2 den Status der Streifen in der Spalte Status im Menü Messung an. Wenn das Analysegerät aus irgendeinem Grund den gesamten Messvorgang einer Probe nicht durchführen konnte, wird in der Spalte Status ein rotes X mit einer erläuternden Codenummer angezeigt. Die Ergebnisse für Messungen, die mit einem roten X markiert sind, werden nicht im Menü Daten angezeigt, und das System speichert sie nicht. Wiederholen Sie diese Messungen, um zuverlässige Ergebnisse zu erhalten.

Messfehlercode	Fehlerbeschreibung
X1	Umgekehrte Reihenfolge der Testfelder Der Teststreifen wurde verkehrt herum in die Zuführungstrommel eingelegt. Wiederholen Sie die Messung mit einem korrekt ausgerichteten Messstreifen.
X2	Kein Teststreifen erkannt. Teststreifen nach Aufbringen der Probe abhanden gekommen.
X3	Streifen falsch ausgerichtet. Streifen liegt quer unter dem Messkopf. Reinigen Sie die Streifenklemmen, den Streifen-Weiterführungskamm und die Streifen-Messplatte.
X4	Trockener Streifen, unangemessene Farbe der Testfelder.
X5	Streifen verdreht Streifen verdrehte sich beim Einlegen, beim Auftragen der Probe oder beim Timing.
X6	Ungültiger Streifen
X7	Überbelichteter Streifen
Xt	Qualitätskontrollmessung fehlgeschlagen (Ergebnis der Kontrollmessung liegt außerhalb des eingestellten Bereichs). Wiederholen Sie die Kontrollmessung.
X	Messung vom Anwender gestoppt/HW- oder anderer undefinierter Fehler

7 ZUSAMMENFASSUNG DER LEISTUNG

7.1 Vergleich der Methoden

Der Vergleich der Methoden wurde für die folgenden Parameter mit dem Roche Urisys 2400 an 1279 Proben unter Verwendung mehrerer Chargen des LabStrip U11 Plus GL durchgeführt.

Parameter	Empfindlichkeit [%]	Spezifität [%]	Diagnostische Genauigkeit [%]	Erweiterte Konkordanz [%]	NPV* [%]	PPV** [%]
BIL	97,1	97,5	73	95,1	99	41,2
UBG	84,1	93,9	92	98,9	96,1	76,7
KET	81,4	95,7	92,9	99,6	95,4	82,4
ASC	n.a.	n.a.	98,1	100	n.a.	n.a.
GLU	95,5	97,5	97,1	98,4	98,8	91
PRO	87,1	93,8	91,6	99,7	93,7	87,4
BLD	82,1	84,3	83,3	99,8	84,3	82,1
pH	n.z.	n.z.	n.z.	81,6	n.z.	n.z.
NIT	83,9	93,4	92,5	100	98,2	57,8
LEU	85,2	83,8	84,5	99,8	85,1	83,9

*Negativer prädiktiver Wert

**Positiver prädiktiver Wert

Der Methodenvergleich für die zusätzlichen Parameter des Teststreifens LabStrip U12 mALB/CREA wurde mit dem Roche Cobas c501 an 275 Proben unter Verwendung mehrerer Chargen des LabStrip U12 mALB/CREA durchgeführt.

Parameter	Empfindlichkeit [%]	Spezifität [%]	Diagnostische Genauigkeit [%]	Erweiterte Konkordanz [%]	NPV* [%]	PPV** [%]
CREA	n.z.	n.z.	92	98	n.z.	n.z.
mALB	93	83	90	93	82	94
ACR	93	83	90	99	84	92
PCR	56	98	83	94	80	94

Der Methodenvergleich für die physikalischen Parameter (gemessen mit der physikalischen Messzelle) wurde mit dem Roche Urisys 2400 an 428 Proben durchgeführt.

SG wurde durch eine Deming-Regressionsanalyse bewertet:

Pearson Korrelation (r): 0,991

Richtungskoeffizient: 0,999

Die Ergebnisse für Farbe und Trübung sind unten aufgeführt:

Parameter	Konkordanz [%]
Farbe	96
Trübung	99

7.2 Präzise Messungen

Die Zusammenfassung der Wiederholbarkeits- und Reproduzierbarkeitsmessungen ist nachstehend aufgeführt. Die Parameter für CREA, mALB, ACR, PCR wurden mit dem LabStrip U12 mALB/CREA-Teststreifen gemessen, während die anderen Parameter mit dem LabStrip U11 Plus GL gemessen wurden.

Parameter	Wiederholbarkeit [%]	Reproduzierbarkeit [%]
BIL	100	100
UBG	100	100
KET	100	100
ASC	100	100
GLU	100	100
PRO	100	100
BLD	100	100
pH	100	100
NIT	100	100
LEU	100	100
CREA	100	100
mALB	100	100
ACR	100	100
PCR	100	100

7.3 Messbereiche, analytische Empfindlichkeit und erwartete Werte

Die Messbereiche, die analytische Empfindlichkeit und die erwarteten Werte der angegebenen Parameter sind nachstehend aufgeführt. Die Parameter für CREA, mALB, ACR und PCR sind nur bei Verwendung des Teststreifens LabStrip U12 mALB/CREA verfügbar.

Parameter	Erwarteter Wert	Einheit	Messbereich	Analytische Empfindlichkeit
BIL	neg.	umol/l	neg., 8,5, 17, 50, 100	≥1 mg/dl (für die Spurenkategorie 0.5-0,7 mg/dl)
		mg/dl	neg., 0,5, 1, 3, 6	
		arb.	neg., (+), +, ++, +++	
UBG	norm.	umol/l	norm., 35, 70, 140, 200	1.2-1.4 mg/dl
		mg/dl	norm., 2, 4, 8, 12	
		arb.	norm., +, ++, +++, ++++	
KET	neg. - Spur	mmol/l	neg., 0,5, 1,5, 5, 15	7-9 mg/dl (für die Spurenkategorie 3-4.5 mg/dl)
		mg/dl	neg., 5, 15, 50, 150	
		arb.	neg., (+), +, ++, +++	

ASC	n.z.	g/l	neg., 0,2, 0,4, 1	10-12 mg/dl
		mg/dl	neg., 20, 40, 100	
		arb.	neg., +, ++, +++	
GLU	norm.	mmol/l	norm., 1,7, 2,8, 8, 28, 56	25 mg/dl (für die Spuren- kategorie 15 mg/ dl)
		mg/dl	norm., 30, 50, 150, 500, 1000	
		arb.	norm., (+), +, ++, +++, +++++	
PRO	neg. - Spur	g/l	neg., 0,15, 0,3, 1, 5	27-30 mg/dl (für die Spuren- kategorie 15 mg/ dl)
		mg/dl	neg., 15, 30, 100, 500	
		arb.	neg., (+), +, ++, +++	
CREA	n.z.	mmol/l	0,9, 4,4, 8,8, 17,7, 26,5	n.z.
		mg/dl	10, 50, 100, 200, 300	
BLD	neg.	Ery/ul	neg., 5 – 10, 50, 300	5-6 Ery/ µl
		arb.	neg., +, ++, +++	
pH	pH 5 – 8		5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, 9	n.a.
NIT	neg.	arb.	neg., pos.	0.1 mg/dl
mALB	norm.	mg/l	10, 30, 80, 150, 500	≤30 mg/l
		arb.	norm., +, ++, +++, +++++	
LEU	neg.	Leu/ul	neg., 25, 75, 500	12.5-15 Leu/µl
		arb.	neg., +, ++, +++	
ACR	norm.	mg/ mmol	≤3,4, 3,5 – 33,8, ≥33,9	n.z.
		mg/g	≤30, 31 – 299, ≥300	
		arb.	norm., +, ++	
PCR	norm.	mg/ mmol	≤56,7, >56,7, ≥113, ≥340	n.z.
		mg/g	≤500, >500, ≥1000, ≥3000	
		arb.	norm., +, ++, +++	

Für die von der physikalischen Messzelle gemessenen physikalischen Parameter gibt es keine analytischen Empfindlichkeitswerte.

Parameter	Erwarteter Wert	Messbereich
SG	1,002 – 1,035	1,000 – 1,050
Farbe	Gelb Hellgelb	Gelb Hellgelb, Rot, Grün, Orange, Braun, Bernstein, Andere
Trübung	Klar Leicht trüb	Klar Leicht trüb Sehr trüb

8 GERÄTEUNTERSTÜTZUNG

8.1 Wartung

- Nur qualifizierte und geschulte Fachleute dürfen das Analysegerät reparieren.
- Nur vom Hersteller empfohlene Originalteile dürfen als Ersatz verwendet werden.
- Bevor Sie die Abdeckung des Analysegeräts aus irgendeinem entfernen, schalten Sie das Analysegerät aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus.
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. Daher kann es zu geringfügigen Abweichungen zwischen der Beschreibung und der tatsächlichen Gerätekonfiguration kommen.
- Die neuesten Dokumentationen zu bestimmten Varianten sind beim Hersteller erhältlich.

8.2 Bestellinformationen

ANA-9901GL-1	LabStrip U11 Plus GL (1 FLÄSCHCHEN ENTHÄLT 150 STREIFEN)
U12-9901	LabStrip U12 mALB/CREA
URM-4419-2, URM-9930-2 (mit RFDI Einheit)	RACK FÜR LabUMat 2 (10 STCK.)
UPA-4419-2	Onboard-Stabilitätsset
UPA-9941-1	Trockenmittel 50g (10 Pck.)

9 TECHNISCHE DATEN

Allgemein	
Ausgewertete Parameter	Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Ascorbinsäure, Glukose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten mit LabStrip U11 Plus GL-Teststreifen; Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Ascorbinsäure, Glukose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, Kreatinin, Albumin, Albumin-Kreatinin-Verhältnis und Protein-Kreatinin-Verhältnis mit LabStrip U12 mALB/CREA-Teststreifen. Spezifisches Gewicht, Farbe, Trübung mit dem eingebauten PMC-Modul (physikalische Messzelle).
Technologie	Reflexionsphotometer (Wellenlängen: 505, 530, 620, 660 nm)
Durchsatz	240 Tests/Stunde
Speicherkapazität	10.000 Ergebnisse
Erwartete Lebensdauer	7 Jahre
Abmessungen des Hauptgeräts	
Größe	600 x 520 x 635 mm (BxTxH)
Gewicht	55 Kilogramm
Schnittstellen*	USB, serielle RS232-Schnittstelle, PS2, VGA
Display	800x600 TFT Farb-Touchscreen
Stromversorgung	
Hauptgerät	100 – 240 V ~ max. 3 A, 50 – 60 Hz
Sicherung	2xT8A 250 V
Überspannungskategorie	II
Betriebsbedingungen	
Temperatur	+15°C bis +32°C
Relative Luftfeuchtigkeit	30% bis 80% (ohne Kondensation)
Atmosphärischer Druck	106 kPa bis 80 kPa (entspricht einer Höhe von ca. 0 - 2000m)
Verschmutzung	Grad 2 (EN 61010-1)
Lagerbedingungen	
Temperatur	+5°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 85% (ohne Kondensation)
Atmosphärischer Druck	106 kPa bis 80 kPa (entspricht einer Höhe von ca. 0 - 2000m)
Transportbedingungen	
Temperatur	-25°C bis +60°C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% bis 85% (ohne Kondensation)
Atmosphärischer Druck	106 kPa bis 80 kPa (entspricht einer Höhe von ca. 0 - 2000m)
Barcode-Lesegerät	
Identifizierte Barcode-Typen	CODE 39, CODE 128, EAN-13, EAN-8, INTERLEAVED 2/5, CODABAR
Min. Höhe der identifizierten Barcodes	20 mm
Rack	Es können nur vom Hersteller gelieferte Racks verwendet werden.
Röhrchen	
Min. Probenvolumen im Röhrchen	2 ml (geprüft mittels Füllstandsensoren)

Urinhomogenisierung	Rühren durch Mischen der Probe	
Höhe (bei konischem Röhrchen)	70–110 mm	
Höhe (bei linearem Röhrchenboden)	70–105 mm	
Durchmesser am oberen Ende des Röhrchens	16–17,5 mm	
Max. Durchmesser am oberen Rand des Racks (56mm über dem Röhrchenboden)	16,5 mm	
Teststreifen		
Typ	LabStrip U11 Plus GL	LabStrip U12 mALB/CREA
Parameter	Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Ascorbinsäure, Glukose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten	Bilirubin, Urobilinogen, Ketone, Ascorbinsäure, Glukose, Protein, Blut, pH, Nitrit, Leukozyten, Kreatin, Albumin, Albumin-zu-Kreatinin-Verhältnis und Protein-zu-Kreatinin-Verhältnis.
Verpackung	150 Stck./Fläschchen	150 Stck./Fläschchen
Max. Anz. eingelegter Streifen	300 Stück (2 Fläschchen) auf der neuesten Version des LabUMat 2	300 Stück (2 Fläschchen) auf der neuesten Version des LabUMat 2
Waschsystem		
Waschflüssigkeit im Behälter	IFW (Gerätespeisewasser, Instrument Feed Water) Maximaler mikrobieller Gehalt: 1000 CFU/ml Maximale Konduktivität: 1µS/cm (25 °C) Maximaler Silikat-Gehalt: 0,1 mg/l CLSI-Standard: Juli 2006 (C3-A4 Vol. 26 No. 22)**	
Volumen der Behälter	5 Liter	
Waschflüssigkeitsbedarf	Mit 5 l destilliertem Wasser können min. 300 Messungen durchgeführt werden	
Waschlösung für die tägliche Reinigung des LabUMat 2	Min. 6 ml, 2 % NaOCl-Lösung in einem Teströhrchen	
Abfallbehälter		
Größe des Abfallbehälters	450 Messungen auf der neuesten Version des LabUMat 2	

*Alle angeschlossenen Geräte müssen der Norm EN 60950 und allen für den Typ des angeschlossenen Geräts relevanten Erweiterungen dieser Norm entsprechen.

** Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI). Preparation and Testing of Reagent Water in the Clinical Laboratory: Proposed Guideline – Fourth Edition. CLSI Document C3-A4 Vol 26 No 2 (ISBN 1-56238-610-7). Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA

10 SYMBOLE

	Das CE-Zeichen weist darauf hin, dass das Produkt den geltenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht.
	In-vitro-Diagnostikum
	Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen von CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010- 1, zweite Ausgabe einschließlich Ergänzung 1 oder einer späteren Version desselben Standards mit denselben Testanforderungen getestet.
	Gebrauchsanweisung beachten
	Seriennummer
	Hersteller
	Warnung: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Verletzungen führen kann, wenn sie nicht vermieden wird.
	Biologische Gefährdung: Weist auf eine potenziell gefährliche Situation einschließlich des Vorhandenseins von biologisch gefährlichem Material hin. Es müssen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
	Bewegliche Teile
	ESD - Elektrostatische Entladung
	Warnung vor Laserstrahlung (Klasse 2)
	Hochspannung
	Vorsicht: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Schäden am Gerät oder zu Beeinträchtigungen der Analyseergebnisse führen kann.
	Weist auf wichtige Informationen oder nützliche Tipps zur ordnungsgemäßen Verwendung des Analysegeräts hin.



77 Elektronika Kft.

1116 Budapest, Fehérvári út 98.

UNGARN

Tel: + 36 1 206 - 1480

Fax: + 36 1 206 - 1481

E-mail: sales@e77.hu